



MEGREZ

Sp. z o.o.

DZP/1038/WSP/18



Tychy, 06.09.2018r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę łóżek wzmożonego nadzoru wraz z szafkami przyłóżkowymi dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych dla Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz dostawę mebli medycznych i urządzeń medycznych na potrzeby Oddziału Ginekologiczno-Położniczego z Pododdziałem Ginekologii Onkologicznej (nr sprawy: 38/18/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści, aby w celu potwierdzenia spełnienia wymagań dla przedmiotu zamówienia wykonawca zamiast wymaganych w Rozdziale VI punkt 12 podpunkt d, e dokumentów złożył wykaz środków zalecanych przez producenta oferowanego wyrobu do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji zawierający nazwę preparatu oraz wskazanie czynnika aktywnego?

Odpowiedź:

Tak wyrażamy zgodę na wykaz środków zalecanych przez producenta.

Pytanie nr 2 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z białym boczny z regulacją wysokości biału bocznego w zakresie 700-1060mm?

Odpowiedź:

Dopuści, pozostałe parametry techniczne zgodne z SIWZ (w zakresie wysokości).

Pytanie nr 3 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z mechanizmem domykającym – magnes zamiast mechanizmu samodomykającego się?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 69 027 850,00 zł



Pytanie nr 4 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę przyłóżkową z półką pomiędzy szufladą a skrzynią o wysokości 17,5 cm, co różni się od parametru oczekiwanego o 0,5cm?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 5 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Nie dopuści – termin zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 6 dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami bocznymi składanymi obok leża?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7 dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści 9 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści długość całkowitą 2160 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 9 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści wymiar leża 850 x 1950, gdzie mimo nieznacznej różnicy od wymaganych, podane leżę spełni wymóg materaca 900 x 2000?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 10 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści kąt segmentu uda 0-34° nieznacznie różniący się od wymaganego, a nie wpływające na funkcjonowanie ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 11 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 9

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości w zakresie 35-740 mm, nieznacznie odbiegającą od wymagań, a lepsza dla obsługi i bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 12 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 10

Czy Zamawiający dopuści czas zmiany wysokości leża z pozycji minimalnej do maksymalnej 35 sekund nieznacznie różniący się od wymaganego ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 13 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 11

Czy Zamawiający dopuści pilot z blokadą całego pilota w celu zachowania bezpieczeństwa pacjenta?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 14 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści leże wykonane z płyt ABS, znacznie twardsze i odporniejsze niż płyty z polipropylenu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 15 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści szczyty łóżka wykonane z tworzywa znacznie nowocześniejsze, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV? Górna część szczytów wyposażona w tworzywowy uchwyt ułatwiający transport ?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 16 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 17

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane tworzywowe barierki boczne, niepowiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. To nowocześniejsze rozwiązanie samo w sobie pełni funkcję listwy odbojowej. Tunel na płyny fizjologiczne jest umieszczony wzdłuż leża oraz listwy na całej długości leża umożliwiające zamontowanie na całej długości barierki uchwytów na kaczkę i basen oraz woreczków na płyny fizjologiczne z płynną możliwością regulacji ustawienia dostosowującą odległość uchwytów do wzrostu pacjenta. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-5

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 17 Pakiet 3. Poz.1.Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – 18 szt

Punkt 21

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w metalowe uchwyty materaca przy dwóch segmentach leża dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 18 Pakiet 3. Poz.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 18 szt.

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści szafkę bez uchwytu na szklanę który w praktyce nie jest wykorzystywany bez utraty 5 punktów ?.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 19 Pakiet 3. Poz.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 18 szt.

Punkt 3

Czy Zamawiający dopuści szafkę z półką na prasę o wysokości 140 mm, nieznacznie różniącą się od wymaganego, a jednocześnie wystarczającą do obsługi ?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 20 Pakiet 3. Poz.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 18 szt.

Punkt 4

Czy Zamawiający dopuści szufladę górną wysuwaną na znacznie lepszych w użytkowaniu prowadnic kulkowych, umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 21 Pakiet 3. Poz.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 18 szt.

Punkt 5

Czy Zamawiający dopuści szufladę dolną wysuwaną na znacznie lepszych w użytkowaniu prowadnic kulkowych, umożliwiających ciche i łatwe wysuwanie i domykanie?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 22 Pakiet 3. Poz.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 18 szt.

Punkt 6

Czy Zamawiający dopuści szerokość szafki 430 mm nieznacznie różniącą się od wymaganego?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 23 Pakiet 3. Poz.2. Szafki przyłóżkowe z blatem bocznym – 18 szt.

Punkt 8

Czy Zamawiający dopuści półkę na podręczne rzeczy pacjenta (np. obuwie) wykonaną z metalu?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 24 Pakiet 4. Poz.1. Łóżko szpitalne – 15 szt.

Punkt 2

Czy Zamawiający dopuści pilot z blokadą tylko wszystkich funkcji, a nie selektywnych bez utraty 10 punktów?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 25 Pakiet 4. Poz.1. Łóżko szpitalne – 15 szt.

Punkt 13

Czy Zamawiający dopuści koła antystatyczne o średnicy 150 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 26 Pakiet 4. Poz.1. Łóżko szpitalne – 15 szt.

Punkt 15

Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w cztery opuszczane i składane tworzywowe barierki boczne, niepowiększające gabarytów łóżka, zabezpieczające pacjenta na całej długości. To nowocześniejsze rozwiązanie samo w sobie pełni funkcję listwy odbojowej.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 27 Pakiet 4. Poz.1. Łóżko szpitalne – 15 szt.

Punkt 16

Czy Zamawiający dopuści barierki składane jedną ręką, zaś blokada umieszczona poniżej barierki lecz obsługa nie wpływająca na narażenie kręgosłupa na uraz personelu?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie nr 28 Pakiet 2

Czy w rozumieniu opisu technicznego szafki przyłóżkowej Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową o parametrach równoważnych o następującym opisie:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciągnięcie oraz ręczce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 74 x 58 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 72-99 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 29 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 2) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą bez przedłużenia leża 222 cm? Oferowany parametr różni się tylko o 2 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 30 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające szerokość całkowitą przy całkowicie

podniesionych lub opuszczonych barierkach 101 cm? Oferowany parametr różni się tylko o 1 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 31 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści łóżko posiadające wysokość maksymalną leża mierzoną od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca 84 cm? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dopuszcza – nie wymaga.

Pytanie 32 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 11) Zamawiający dopuści łóżko posiadające konstrukcję zapewniającą prześwit pod łóżkiem 17 cm?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 33 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia zapobiegające jego przemieszczaniu? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 34 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 17) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji segmentu podudzia w stosunku do poziomu ramy leża, manualna regulacja segmentu podudzia 0° – 18°?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 35 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektrycznie regulowaną pozycję ułatwiającą repozycjonowanie pacjenta tj. możliwość ustawienia leża w pozycji horyzontalnej oraz przechylenie leża do pozycji Trendelenburga do 17°, pozycja uzyskiwana za pomocą przycisków dostępnych do regulacji leża? Oferowane rozwiązanie będzie równie funkcjonalne jak wskazane przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 36 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające podświetlenie nocne ułatwiające

poruszanie się pacjenta w ciemnym pokoju i zwiększające jego bezpieczeństwo podczas schodzenia z łóżka oraz indykator diodowy osiągnięcia wysokości minimalnej (informujący personel o najniższym ustawieniu wysokości łóżka)?

Odpowiedź:

Dopuszcza – nie wymaga.

Pytanie 37 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 32) Zamawiający dopuści łóżko posiadające elektryczną funkcję CPR obsługiwaną za pomocą jednego przycisku oznaczonego czytelnym piktogramem zlokalizowanym w centralnym panelu sterowania wbudowanym w szczyt łóżka od strony nóg pacjenta? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 38 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki boczne podwójne, dzielone, poruszające się wraz z segmentem oparcia pleców, zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem?

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 39 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 33) Zamawiający oczekuje, aby barierki boczne spełniały nową normę EN 60601-2-52 oraz zabezpieczały pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź:

Nie wymaga – zgodnie z SIWZ.

Pytanie 40 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 37) Zamawiający dopuści łóżko, które nie jest wyposażone we wskaźnik pozycji bioder? W oferowanym łóżku będą znajdować się wskaźniki kąta nachylenia segmentu oparcia pleców i kąta nachylenia ramy łóżka dla terapii ułożeniowej (stanowiące integralną część barierek). Jest to wystarczające rozwiązanie pozwalające na właściwe ułożenie pacjenta na powierzchni leża.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 41 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 38) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w graficzny interfejs użytkownika – dotykowy ekran LCD zintegrowany ze szczytem łóżka od strony nóg pacjenta służący do obsługi wagi i zmiany ustawień łóżka? Oferowane rozwiązanie jest tożsame ze wskazanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Dopuszcza.

Pytanie 42 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy Zamawiający dopuści łóżko bez alarmu opisanego w pkt. 41?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 43 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.


Czy (w pkt. 51) Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w 4 uchwyty na pasy do unieruchomienia pacjenta?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 44 Pakiet nr 1, poz. 1 – łóżko wzmożonego nadzoru z wagą i materacem powietrznym – 1 kpl.

Czy (w pkt. 53) Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 265 kg? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź:

Dopuszcza – nie wymaga.

Pytanie 45 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.

Czy (w pkt. 1) Zamawiający dopuści łóżko posiadające długość całkowitą bez przedłużenia leża 220 cm? Oferowany parametr różni się tylko o 2 cm od zakresu tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 46 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.

Czy (w pkt. 4) Zamawiający dopuści łóżko posiadające regulację wysokości leża w zakresie 42 – 84 cm? Oferowany zakres różni się minimalnie od tolerancji wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 47 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.

Czy (w odniesieniu do zapisów w pkt. 5) Zamawiający dopuści łóżko, którego konstrukcja zapewnia prześwit 17 cm pod łóżkiem w każdym punkcie w celu współpracy z podnośnikami pacjenta?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 48 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.
Czy (w pkt. 6) Zamawiający przyzna 10 pkt. za rozwiązanie równoważne tj. leże posiadające ograniczniki obejmujące materac w narożnikach segmentu oparcia pleców oraz podudzia zapobiegające przemieszczaniu się materaca po płycie leża i ograniczające ryzyko zakleszczenia się pacjenta między materacem, a barierkami bocznymi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnego z SIWZ.

Pytanie 49 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.
Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści łóżko posiadające zakres regulacji pozycji Trendelenburga 13° i Anty-Trendelenburga 14°?

Odpowiedź:

Nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

Pytanie 50 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.
Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści łóżko posiadające barierki o wysokości 43 cm? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:


Dopuści – nie wymaga.

Pytanie 51 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.
Czy Zamawiający oczekuje, aby barierki boczne spełniały nową normę EN 60601-2-52 oraz zabezpieczały pacjenta na całej długości leża?

Odpowiedź:

Nie wymaga.

Pytanie 52 Pakiet nr 1, poz. 2 – łóżko wzmożonego nadzoru z materacem powietrznym – 7 kpl.
Czy (w pkt. 27) Zamawiający dopuści łóżko posiadające bezpieczne obciążenie robocze 250 kg? Oferowany parametr jest lepszy, niż wskazany przez Zamawiającego.



(Zdjęcie poglądowe oferowanego łóżka)

Odpowiedź:

Dopuści - nie wymaga.

Pytanie nr 53 dot. Pakiet 1, poz. 1, pkt. 17:

Czy Zamawiający dopuści łóżko manualną regulacją segmentu podudzia -3 do -22°? Jest to zakres szerszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuści- nie wymaga.

Pytanie nr 54 dot. Pakiet 1, poz. 2, pkt. 13:

Czy nie zaszła omyłka w zapisie „Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga (- 17⁰) - (+ 17⁰). „?
Czy Zamawiający miał na myśli zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga(- 17⁰) – (+17⁰)?

Odpowiedź:

Tak, zaszła pomyłka w zapisie. Zamawiający wymagał (+17⁰).

Pytanie nr 55 dot. Pakiet nr 2 Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym – 8 szt.

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości posiadania przez producenta certyfikatu ISO 13485:2003 zamiast certyfikatu ISO 13485:2012, który jest dokumentem równoważnym do wymaganego. Normy ISO 9001:2008 oraz ISO 13485:2003 mimo publikacji nowych wydań są normami obowiązującymi i uznawanymi. Okres przejściowy trwa trzy lata od daty publikacji.


Odpowiedź:

Dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 56 dot. Pakiet 2

Czy w rozumieniu opisu technicznego szafki przyłóżkowej Zamawiający dla zwiększenia konkurencyjności dopuści do zaoferowania wysokiej jakości szafkę przyłóżkową o parametrach równoważnych o następującym opisie:

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym wykonana z tworzywa HPL oraz stopu aluminium wyposażona w: blat górny zabezpieczony z trzech stron relingami z aluminium, blat boczny, szufladę, przestrzeń na rzeczy pacjenta między szufladą, a szafką oraz zamykaną półkę. Wysuwany blat boczny z uchwytem nie wystającym poza obrys blatu ułatwiającym wyciągnięcie oraz rączce służącej do regulacji wysokości. Mechanizm oparty na bezawaryjnej konstrukcji dwóch wsuwanych kolumn. Możliwość założenia blatu po obu stronach szafki. Samodomykająca się szuflada z uchwytem aluminiowym. Uchwyt do prowadzenia szafki w blacie bocznym. 4 Cichobieżne koła w tym co najmniej dwa blokowane. Wymiary przestrzeni pomiędzy szufladą a szafką to min. 20 cm. Wymiary szafki (wysokość x szerokość x głębokość) to 74 x 58 x 40 cm. Regulacja wysokości blatu bocznego min. w zakresie 72-99 cm.



* zdjęcie poglądowe

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga opisu zgodnego z SIWZ.

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ROWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

Karolina Filipowska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
MŁODSZY REFERENT

Wioleta Szyszka-Pietroń

