



DZP/1360/MH/18

Tychy 24.12.2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę mebli, sprzętu oraz wyposażenia medycznego (nr sprawy: 42/18/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Dot. pakietu 12 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści inhalator o następujących parametrach:

Inhalator pneumatyczny

Urządzenie sterowane elektronicznie

Zdolność do wytwarzania aerozolu pulsującego z częstotliwością 100 Hz (wibroaerozol)

Impulsowe wytwarzanie aerozolu i podawanie go w krótkim okresie (z dokładnością do dziesiątej części sekundy)

Wykorzystywany jako dozymetr w testach prowokacyjnych

Wydajne, trwałe, bezolejowe sprężarki

Wydajność sprężarki - 15,5 l/min

Maksymalne ciśnienie 3,2 bar

średnia średnica cząstek dla głowicy MS1(MMAD) 1,46 µm

średnia średnica cząstek dla głowicy RF6 (MMAD) 1,40 µm

wydajność aerozolu dla głowicy MS1 0,50 ml/min

wydajność aerozolu dla głowicy RF6 0,48 ml/min

programowanie czasu inhalacji: 1 – 99 min

programowanie inhalacji impulsowej: 0,1 – 9,9 s

Odpowiedź pozytywna na to pytanie umożliwi zaproponowanie urządzenia, które w takim samym stopniu jest funkcjonalne i można na nim wykonywać zabiegi, a różni się jedynie szczegółami technicznymi, które nie mają wpływu na jakość i skuteczność zabiegu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 73 677 700,00 zł



Pytanie nr 2. Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 6 dopuści do zaofertowania stolik typu Mayo z blatem o grubości 1 mm, pogłębieniem blatu 15mm oraz zakresie regulacji wysokości 960-1330 ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, pozostałe parametry jak w SIWZ.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska**