



DZP/1335/MH/18

Tychy, 12.12.2018r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę implantów ortopedycznych z dostępem do instrumentarium.

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Pytanie nr 1 Pakiet 16

Czy zamawiający dopuści stabilizator zewnętrzny prętowy z karbonowymi prętami o średnicy (do wyboru przez zamawiającego) 6mm i 10mm w zadanych długościach czyli od 100-400mm do współpracy z grotami 6mm. Oferent zobowiązuje się do szkolenia personelu B.O i C.S z użycia stabilizatora i sterylizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz. 4** Groty takie jak niżej ?



Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz. 4** Groty Steinmanna o średnicy \emptyset 3,5 mm , \emptyset 4,0 mm i \emptyset 4,5 mm ?

Ponieważ Średnica \emptyset 3,0 mm zalicza się jeszcze do drutów Kirschnera, prosimy o przychylenie się do powyższego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści w **Pakiecie nr 6 poz. 7** Grotowkręt Schanza o długości L = 60 – 120 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 73 677 700,00 zł



Pytanie nr 5

Pytanie nr 1 do zadania nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 3, podpunkt nr 1 dodatkowo płyt tytanowych o profilu 0,6 mm, wielokształtnych, wielootworowych, pod śruby korowe 1,2 mm oraz 1,5 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Pytanie nr 2 do zadania nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 3, podpunkt nr 3 dodatkowo śrub korowych, tytanowych o średnicy 1,2 mm i długości 4-20 mm oraz 1,5 mm o długości 4-24 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7

Pytanie nr 3 do zadania nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na dosyłanie zestawów wymienionych w pakiecie nr 3 na konkretny zabieg, po wcześniejszym zamówieniu ich drogą telefoniczną, faxem lub mailem, bez konieczności tworzenia banku implantów.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 Pakiet NR 6

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna L = 80-210mm lub Grot Steinmanna L= 150-225 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Pakiet NR 6

POZ. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grot Steinmanna L= 150-225 mm

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 Pakiet NR 6

POZ. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Drut kostny do cerklarzu L = 10 m rozmiar \emptyset 0,7 – 1,6,0 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 Pakiet NR 6

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Schanza samowierzące rozmiar \emptyset 2,5 mm L = 40-120 mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 12 Pakiet NR 6

POZ. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Grotowkręt Schanza samowierzące rozmiar \emptyset 2,5 mm L = 60-150mm

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 13

Czy Zamawiający w rozdziale VI pkt 12 wyrazi zgodę, aby w przypadku wątpliwości Zamawiającego co do oferowanego asortymentu zamiast dostarczania próbek była możliwość przeprowadzenia prezentacji oferowanego asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 14**Formularz oferty-zał. nr 2 i zapisy umowy:**

Czy Zamawiający w formularzu oferty pkt. 3 oraz w §5 ust. 1 umowy doprecyzuje, iż w przypadku oferowania asortymentu niesterylne w odniesieniu do pakietów nr 6-10, 12-14 nie dotyczy wymóg posiadania przez przedmiot umowy daty ważności? Przedmiotem zamówienia jest asortyment niesterylny i dlatego zgodnie z przepisami nie ma obowiązku posiadania przez produkt, umieszczenia na nim informacji na temat ważności. Wszystkie dostarczane produkty mają oznaczenia, które umożliwiają identyfikację produktu. Ważność wyrobów niesterylnych tj. czas w ciągu którego mogą być przechowywane przed zastosowaniem ich do celów leczniczych jest bezterminowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona zmiany w zapisach dotyczących daty ważności asortymentu w formularzu ofertowych oraz we wzorze umowy.

Pytanie nr 15

Czy Zamawiający w pkt. 3 formularza oferty dotyczącym terminu ważności asortymentu doprecyzuje, iż wymóg wypełnienia tego punktu dotyczy tylko asortymentu oferowanego jako sterylny zgodnie z zapisem w §5 ust. 2 umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona zmiany w zapisach dotyczących daty ważności asortymentu w formularzu ofertowych oraz we wzorze umowy.

Pytanie nr 16 Pakiet nr 6

Poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści dla grotów Kirschnera $\varnothing 2,0-3,0\text{mm}$ następujące skoki średnic: skok co 0,2mm dla $\varnothing 2,0-2,4$ oraz skok 0,5mm dla $\varnothing 2,5-3,0\text{mm}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 17 Pakiet nr 6

Poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści dla grotów Kirschnera gwintowanych $\varnothing 1,0-3,0\text{mm}$ następujące skoki średnic: skok co 0,2mm dla $\varnothing 1,0-2,0\text{mm}$, a następnie średnice $\varnothing 2,4\text{mm}$, $\varnothing 2,5\text{mm}$, $\varnothing 3,0\text{mm}$?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki wąskiej o grubości 2,5mm i szerokości 10,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 19 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w kolumnie „rozmiar” w poz. nr 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki kostnej rurkowej w zakresie 2-8 otworów i dł. 39-135mm zamiast 3-12 otworów zgodnie z zapisem w kolumnie „nazwa/opis asortymentu”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 20 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 5 wyrazi zgodę na zaferowanie płytki rekonstrukcyjnej do miednicy w zakresie 6-12 otworowej o parametrze R=88 i w zakresie dł. 89-159mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 21 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 8 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów korowych 1,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 22 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 9 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów korowych 3,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 23 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów korowych 4,5mm w zakresie dł. 12-120mm zamiast 12-140mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 24 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 10 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów korowych 4,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 25 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów łódkowatych 3,5mm w zakresie dł. 18-50mm zamiast 12-50mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 26 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 11 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów łódkowatych 3,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 27 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 12 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów kostkowych 4,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 28 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 12 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów kostkowych 4,5mm w zakresie dł. 25-80mm zamiast 20-80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 29 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 13 i 14 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych 6,5mm z gniazdem sześciokątnym zamiast krzyżowym?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 30 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 13 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych 6,5mm w zakresie dł. 30-120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 31 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 14 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów gąbczastych 6,5mm w zakresie dł. 35-120mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 32 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 15 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów kaniulowanych gąbczastych 4,5mm w zakresie dł. 10-70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 33 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 16 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów kaniulowanych gąbczastych 5,0mm w zakresie dł. 25-70mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 18 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów blokujących 4,5mm w zakresie dł. 25-80mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w poz. nr 20 wyrazi zgodę na zaferowanie wkrętów blokujących 6,5mm w zakresie dł. 40-100mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 36 Pakiet nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość oferowania płytek ustalających DSB i DSK w wersji standardowej (klasycznej) zamiast z ograniczonym kontaktem?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 37 Pakiet nr 8

Poz. 1 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki ustalające DSB kąta 130° o dł. 68mm-228mm od 2-12 otworów zamiast dł. 68mm-356mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 38 Pakiet nr 8

Poz. 2 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki ustalające DSB kąt 135° o dł. 68mm-228mm od 2-12 otworów zamiast dł. 68mm-356mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 39 Pakiet nr 8

Poz. 3 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na płytki ustalające DSK kąt 95° o dł. 86mm-246mm w zakresie 4-14 otworów zamiast dł. 86mm-342mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 40 Pakiet nr 9

Poz. 1-2 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wktętów kaniulowanych pod drut prowadzący fi 1,1 zamiast 1,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 41 Pakiet nr 9

Poz. 4 – Czy Zamawiający dopuści samowiercące tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne (HERBERTA) Ø3,0/4,0mm - gniazdo torx T10, o długości 16-30mm skok co 2mm długość gwintu A=5-8mm zamiast śrub o parametrach podanych w poz. nr 4?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 42 Pakiet nr 9

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści samowiercące tytanowe kaniulowane śruby kompresyjne (HERBERTA) Ø4,0/5,0mm - gniazdo torx T10, o długości 20-50mm skok co 2mm i długość gwintu A=9-16mm zamiast śrub o parametrach podanych w poz. nr 5?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 43 Pakiet nr 9

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe zapytania nr 2 i 3 prosimy o możliwość oferowania w poz. nr 12 grotów T10 z rękojeścią używanych do implantowania w/w śrub.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 44 Pakiet nr 9

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe zapytania nr 2 i 3 prosimy o możliwość oferowania w poz. nr 8 wiertła kaniulowanego o parametrach 2,6x150mm używanego przy implantowaniu w/w śrub.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 45 Pakiet nr 10

Poz. 1 i 2 – Czy Zamawiający dopuści 6 otworów blokowanych w części nasadowej płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 46 Pakiet nr 10

Poz. 5 – Czy Zamawiający dopuści płytkę T do dalszej kości promieniowej uniwersalną do prawej i lewej kończyny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 47 Pakiet nr 10

Poz.11 – Czy Zamawiający dopuści płytkę rekonstrukcyjną prostą pod druty Kirchnera 2,0 zamiast 1,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 48 Pakiet nr 10

Poz.13 – Czy Zamawiający dopuści płytkę obojczykową z hakiem w zakresie 5-7 otworów zamiast 5-8 otworów zgodnie z zapisem w kolumnie nazwa/opis asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 49 Pakiet nr 10

Poz. 19 – Czy Zamawiający dopuści płytkę ramienną bliższą w zakresie 3-6 otworów i dł. 101-146mm zgodnie z zapisem w kolumnie nazwa/opis asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 50 Pakiet nr 10

Poz. 21 – Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową dalszą przyśrodkową w zakresie 4-8 otworów i dł. 123-183mm?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 51 Pakiet nr 10

Poz. 22 – Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową dalszą przednio-boczną w zakresie 4-8 otworów i dł. 120-180mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 52 Pakiet nr 10

Poz. 23 – Czy Zamawiający dopuści płytkę strzałkową posiadającą w części trzonowej 4-8 otworów zamiast 3-8 otworów?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 53 Pakiet nr 10

Poz. 23- Czy Zamawiający dopuści 6 otworów blokowanych w części nasadowej płytki strzałkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 54 Pakiet nr 10

Poz. 24- Czy Zamawiający dopuści 4 otwory blokowane w części nasadowej płytki ramiennej dalszej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 55 Pakiet nr 10

Poz. 26- Czy Zamawiający dopuści 8 otworów blokowanych w części nasadowej płytki łokciowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 56 Pakiet nr 10

Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści płytkę szeroką prostą w zakresie 6-14 otworów blokowanych i L=131-299mm zamiast 6 do 10 otworów blokowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 57 Pakiet nr 10

Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści płytkę szeroką prostą w zakresie 6-10 otworów blokowanych i L=131-215mm zamiast dł. 131-299mm otworów blokowanych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 58 Pakiet nr 10

Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści płytkę w zakresie szerokości 17,5-18mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 59 Pakiet nr 10

Poz. 27 - Czy Zamawiający dopuści płytkę w zakresie grubości 5,0-5,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 60 Pakiet nr 10

Poz. 28 - Czy Zamawiający dopuści płytkę dalszą udową w zakresie 4-10 otworów blokowanych i 1 kompresyjny oraz o dł. L=138-263mm zgodnie z zapisem dot. ilości otworów w części trzonowej płytki w kolumnie nazwa/opis asortymentu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 61 Pakiet nr 10

Poz. 30 - Czy Zamawiający dopuści płytkę kłykciowa puszczelową posiadającą przynajmniej 4 otwory pod druty Kirschnera?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 62 Pakiet nr 10

Poz. 31- Czy Zamawiający dopuści 5 otworów blokowanych w części nasadowej płytki puszczelowej szerokiej L?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 63 Pakiet nr 10

Poz. 32 - Czy Zamawiający dopuści płytkę puszczelową bliższą boczną w zakresie 3-8otworów blokowanych i dł. 131-236mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 64 Pakiet nr 10

Poz. 33 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tylko wkręta korowego samogwintującego o średnicy 2,7mm zamiast 2,4 i 2,7mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 65 Pakiet nr 10

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu dotyczącego wymogu użyczenia instrumentarium z zapisu „nowego instrumentarium” na zapis „w pełni zregenerowanego i w pełni funkcjonalnego instrumentarium”?

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmian zapisu.

Pytanie nr 66 Pakiet nr 12

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe ramienne rekonstrukcyjne w zakresie średnic 6-9mm dla gwoździ długich oraz 8-9mm dla gwoździ krótkich?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 67 Pakiet nr 12

Poz. 2- Czy Zamawiający dopuści wkręty blokujące od dł. 20mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 68 Pakiet nr 12

Poz. 3 i 4 - Czy Zamawiający dopuści wkręty blokujące od dł. 25mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 69 Pakiet nr 12

Poz. 7- Czy Zamawiający dopuści gwoździe do przedramienia tylko o średnicy 4,0 i 5,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 70 Pakiet nr 12

Poz. 8 i 9 - Czy Zamawiający dopuści wkręty blokujące od dł. 16mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 71 Pakiet nr 13

Poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe puszczelowe w zakresie długości L=270-390mm zamiast 210-405mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 72 Pakiet nr 13

Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe puszczelowe wsteczne w zakresie długości L=160-320mm zamiast 130-400mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 73 Pakiet nr 13

Poz. 8 - Czy Zamawiający dopuści gwoździe śródszpikowe puszczelowe wsteczne tylko w wersji kaniulowanej bez wersji litej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 74 Pakiet nr 13

Poz. 9 - Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie tylko wkręta blokującego o średnicy 4,5mm zamiast o średnicy 4,5 i 5,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 75 Pakiet nr 14

Poz. 9 - Czy Zamawiający ujednostyni długość gwoździ śródszpikowych udowych anatomicznych z kolumny „Nazwa/opis asortymentu” z kolumną „Rozmiar” dla gwoździ długich na 340-440mm?

Odpowiedź:

Zamawiający ujednostyni zapisy dla gwoździ długich na 340-440mm w kolumnie „Nazwa/opis asortymentu” .

Pytanie nr 76 Pakiet nr 14

Poz. 10-11 - Czy Zamawiający dopuści wkręty blokujące fi 5,0 i 5,5mm w zakresie dł. 30-90mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 77 Dot. Pakiet 10; 12-14

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium do każdego rodzaju w/w płytek (Pakiet 10) nieodpłatnie na czas trwania umowy **zaś do czasu wykorzystania wszystkich posiadanych przez szpital implantów (płytek wykonawcy) - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?**

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zapis.

Pytanie nr 78 Dot. Pakiet 10; 12-14

Zapis UWAGA pod formularzem cenowym – Czy Zamawiający doprecyzuje zapis iż Wykonawca zobowiąże się do użyczenia Szpitalowi instrumentarium do zakładania w/w gwoździ (Pakiet 12-14) na cały okres trwania umowy **zaś do czasu wykorzystania wszystkich zakupionych gwoździ wykonawcy - instrumentarium będzie dowożone na zabieg?**

Odpowiedź:

Zamawiający doprecyzował zapis.

Zapytania do w/w postępowania, dot. wzoru umowy – załącznik nr 5 do SIWZ:

Pytanie nr 79

Czy Zamawiający zmieni §6 :

- a. ust. 2 lit. a „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na w wysokości „0,2% wartości niedostarczonego towaru”,
- b. ust. 2 lit. b „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na „0,2% wartości reklamowanego towaru”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod

uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353¹ k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 80

Czy Zamawiający doda zapis w §12 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami, oraz dookreśli w §9 ust. 2 lit. a iż termin pięciokrotnego niedotrzymania terminu odnosi się do kolejnych dostaw, a nie całego okresu umowy ?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

Odpowiedź:

Zamawiający doda zapis w §12 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami natomiast nie dokona proponowanych zmian w §9 ust. 2 lit a.

Pytanie nr 81

Czy Zamawiający w §4 ust. 11 zmieni godziny dostaw z „do 13:00” na „do 14:00”? Z uwagi na to , iż wykonywanie dostaw odbywa się poprzez firmy kurierskie prosimy o wydłużenie godzin przyjmowania doręczanego towaru.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dokona odpowiedniej zmiany w zapisach we wzorze umowy.

Pytanie nr 82

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 7, iż termin wynosi 2 dni robocze?

Proponowana zmiana ujednotoci terminy dostaw w zw z §4 ust. 9.

Odpowiedź:

Termin w §7 ust. 7 wynosi 2 dni robocze i dotyczy uzupełniania ilości zużytych Produktów.

Terminy dostaw w §4 ust. 10 uzależnione są od terminu wskazanego w złożonej ofercie.

Pytanie nr 83 Pakiet nr 2

Czy Zamawiający w dopuści możliwość zaoferowania gwoźdźca tytanowego sródszpikowego rekonstrukcyjnego udowego – proksymalnego, o następujących parametrach:

1	Gwoźdź krętarzowy krótki, rekonstrukcyjny kaniulowany, wykonany ze stopu tytanu, o średnicy 11mm i 13mm i długości L = 200mm. Kąt szyjkowo-trzonowy od 130 – 135° ze skokiem co 5°, średnica gwoźdźca w części szyjkowej d = 16mm. Gwoźdź z możliwością blokowania w części bliższej jedną śrubą szyjkową o średnicy \varnothing 11mm i możliwością zastosowania pinó antyrotacyjnych \varnothing 4mm (szt. 2 na komplet). W części dalszej gwoźdź posiada minimum dwa otwory, z co najmniej jednym otworem dynamicznym, z możliwością zastosowania śrub o średnicy \varnothing 4,5mm.	d=11-13 mm L=200 mm	50 szt.
2	Śruba szyjkowa teleskopowa \varnothing 11mm ze śrubą kompresyjną M4 wykonana	L=70-125	80 szt.

	<i>ze stopu tytanu</i>	<i>mm skok co 5 mm</i>	
3	<i>Piny antyrotacyjne Ø 4mm (szt. 2 na komplet)</i>	<i>L=65-125 mm skok co 5 mm</i>	<i>10 szt.</i>
4	<i>Śruba kompensacyjna M8, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka</i>	<i>L=21</i>	<i>40 szt.</i>
5	<i>Śruba zaślepiająca M12, wyposażona w system zabezpieczający przed spadaniem śruby z wkrętaka,</i>	<i>L=14</i>	<i>40 szt.</i>
6	<i>Śruby ryglujące Ø 4,5mm z gniazdem heksagonalnym wykonane ze stopu tytanu</i>	<i>L=20-100 mm skok co 5 mm</i>	<i>80 szt.</i>

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 84 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej, prostej blokowanej kątowo-stabilnej o grubości 2,5 mm, szerokości 10 mm, dla śrub blokowanych 2,4 i 2,7 mm, lub śrub korowych 3,5 mm, wykonanej ze stopu tytanu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 85 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=56-168 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 86 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki rekonstrukcyjnej, prostej blokowanej kątowo-stabilnej o grubości 3,5 mm zamiast 3,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 87 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=60-172 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 88 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki anatomicznej blokowanej do nasady bliższej kości udowej, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, o grubości 6,5 mm, szerokość płytki 18 mm, dla śrub blokowanych 5 mm lub korowych 4,5 mm i z 5 otworami pod drut Kirschnera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 89 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=139-391 mm ze skokiem co 36 mm, 2-16 otworów ze skokiem co 2 otwory?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 90 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania obejm w 2 rozmiarach?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 91 Pakiet nr 4

Czy Zamawiający w **Poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania śruby korowej o średnicy 4,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 92 Pakiet nr 4

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie **Poz. 13, 14** w odrębny pakiet.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 93 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej z otworami wielofunkcyjnymi tj. zmiennie-kątowymi oraz stało-kątowymi, w zależności od typu wkrętu użytego do zablokowania płytki.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 94 Pakiet nr 5

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki pozastawowej posiadającej 5 otworów w głowie płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 95 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w **Poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania grotów o średnicy \emptyset 5,0 mm zamiast \emptyset 4,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 96 Pakiet nr 6

Czy Zamawiający w **Poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania grotowkrętów o dł. gwintu A=20-60 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 97 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki pod wkręty \emptyset 2,0 mm zamiast 1,5 mm, oraz o długości L=24-48 mm zamiast 22-42 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 98 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki o grubości 2,5 mm zamiast 3 mm oraz szerokości 11 mm zamiast 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 99 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=37-97 mm zamiast 40-110 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 100 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 10 mm zamiast 9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 101 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający nie zaszła omyłka w **Poz. 4** w kolumnie „Rozmiar” nie powinno być „(2-8 otworów)” zamiast „(3-12 otworów)”, tak jak jest w opisie płytki?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zaszła omyłka i dokona zmiany zapisu w kolumnie „Rozmiar”.

Pytanie nr 102 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 6-7** dopuści możliwość zaoferowania płytki pod wkręty \emptyset 2,7 mm zamiast \emptyset 3,5 mm, bez otworów pod Kirschnery?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 103 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów \emptyset 2,0 mm zamiast 1,5 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 104 Pakiet nr 7

Czy Zamawiający w **Poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów gąbczastych \emptyset 6,5 mm o długości L=40-140 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 105 Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w **Poz. 1-2** dopuści możliwość zaoferowania płytki ustalającej DSB z ograniczonym kontaktem 2-12 otworów o długości 48mm - 208mm zamiast 68mm - 356mm, z możliwości wprowadzenia wkręta kaniulowanego o średnicy \emptyset 4,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 106 Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w **Poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki ustalającej DSK 4-14 otworów o długości 86 mm – 246 mm zamiast 86mm - 342mm, z możliwości wprowadzenia wkręta kaniulowanego o średnicy \emptyset 4,5 w pierwszy otwór poniżej części szyjkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 107 Pakiet nr 8

Czy Zamawiający w **Poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania śruby kompresyjnej z tolerancją dł. +/- 1 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 108 Pakiet nr 9

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych \emptyset 3,5 mm o długości L=14-60 mm (skok co 2 mm) o długości gwintu B=5-20 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 109 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych \emptyset 4,5 mm o długości gwintu B=5-32 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 110 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnych \emptyset 3,0/3,9 mm, gniazdo sześciokątnej 4,0 mm, o długości gwintu A=8-15 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 111 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania śrub kompresyjnych \emptyset 4,5/5,0 mm, pod drut prowadzący 1,6 mm, gniazdo gwiazdkowe, o długości gwintu A=7-12 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 112 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania podkładki \emptyset 4,5 x 10 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 113 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego \emptyset 2,4/1,0 mm L=160 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 114 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego \emptyset 3,2/1,2 mm L=200 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 115 Pakiet nr 9

Czy Zmawiający w **Poz. 10** dopuści możliwość zaoferowania wiertła kaniulowanego \emptyset 4,7/2,2 mm L=220 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 116 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Pozycjach 1-6, 11, 13-16, 18-32** dopuści możliwość zaoferowania płytek z otworami wg własnych rozwiązań konstrukcyjnych, tj.: otwory w płytkach owalne, blokowane z gwintem stożkowym, dwufunkcyjne blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub śrub korowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 117 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 1** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 7 otworów zamiast 5, o długości L= 37-50 mm (2-4 otwory) zamiast L=36-47 mm (1-2 otwory)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 118 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 2** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 37-50 mm (2-4 otwory) zamiast L=32-43 mm (1-2 otwory)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 119 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 1-2** dopuści możliwość zaoferowania płytki bez otworów pod druty Kirschnera?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 120 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 56-76 mm (3-5 otwory) zamiast L=53-75 mm (3-5 otwory)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 121 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 4** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 50-60 mm (3-4 otwory) zamiast L=47-58 mm (3-4 pary otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 122 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 5** dopuści możliwość zaoferowania płytki uniwersalnej do prawej i lewej kończyny o długości L= 42-52 mm (3-4 otwory) zamiast L=40-51 mm (3-4 pary otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 123 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 6** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L= 32-55 mm (2-4 otwory) zamiast L=29-54 mm (2-4 pary otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 124 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 8** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej otwory blokowane z gwintem stożkowym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 125 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 9** dopuści możliwość zaoferowania płytki bez otworów pod druty Kirschnera w rozmiarach: 16x8 mm, 18x12 mm, 24x14 mm, 30x14 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 126 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 12 mm zamiast 11 mm i grubości 2,5 mm zamiast 2,6 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 127 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 11** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=70-130 mm zamiast L=88-144 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 128 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 12** dopuści możliwość zaoferowania: **Płytką piętową z zaczepem** – wersja prawa/lewa. Grubość płytki 1,2 / 2,5 mm. Posiadająca 15 otworów pod wkręty blokowane \varnothing 3,5 mm oraz 2 zaczepy pod kątem 70 i 90 stopni w stosunku do płytki. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych. Płytką w czterech rozmiarach L=64, 69, 76 i 81 mm (15 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 129 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 13** dopuści możliwość zaoferowania: **Płytką obojczykową z hakiem**. Wersja prawa/lewa. Grubość płytki 3,0 mm. Odległość haka od części nasadowej H = 12 i 15 mm. Ilość otworów od 5 do 7, o ustalonym kątowno ustawieniu. Posiadająca przynajmniej 3 otw. pod druty Kirschnera 1,0mm do tymczasowego ustalenia płytki. Do otworów blokowanych wkręty \varnothing 3,5mm. Do otworów kompresyjnych wkręty korowe \varnothing 3,5 mm. Część trzonowa z podcięciami w celu ograniczenia kontaktu implantu z kością. Ta sama barwa płytek i wkrętów blokowanych ułatwiająca identyfikację i dobór implantów?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 130 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 14** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=69-135 mm zamiast L=71-116 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 131 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=94-120 mm (6-8 otworów) zamiast L=66-114 mm (6-11 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 132 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 15** dopuści możliwość zaoferowania płytki z otworami blokowanymi pod wkręty \varnothing 3,5 mm i \varnothing 2,7 mm zamiast \varnothing 3,5 mm i \varnothing 2,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 133 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 12 mm zamiast 11 mm i grubości 4,0 mm zamiast 2,8 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 134 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 16** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=72-163 mm (5-12 otworów) zamiast L=88-193 mm (5-12 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 135 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 17** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 9 mm zamiast 13 mm i grubości 1,8 mm zamiast 2,0 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 136 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 17** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=52-124 mm zamiast L=45-117 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 137 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 18** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=81-159 mm (4-10 otworów) zamiast L=109-169 mm (4-8 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 138 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 19** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=90-160 mm (3-6 otworów) zamiast L=101-146 mm (3-6 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 139 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 20** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=147-173 mm (7-9 otworów) zamiast L=167-197 mm (7-9 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 140 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=117-252 mm (4-14 otworów) zamiast L=123-273 mm (4-14 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 141 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 21** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 142 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 22** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 6 otworów blokowanych zamiast 7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 143 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 22** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=106-210 mm (7-15 otworów) zamiast L=105-210 mm (3-10 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 144 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 22** dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej 3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 145 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 23** dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części nasadowej 5 otworów blokowanych zamiast 7?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 146 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 23** dopuści możliwość zaferowania płytki o długości L=73-125 mm (3-7 otworów) zamiast L=85-125 mm (3-8 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 147 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 24** dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 otwory blokowane zamiast 5 oraz 1 otwór pod druty Kirschnera zamiast 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 148 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 24** dopuści możliwość zaferowania płytki o długości L=59-136 mm (3-9 otworów) zamiast L=89-136 mm (3-6 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 149 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 25** dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części nasadowej 5 otworów blokowanych zamiast 6 oraz 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 150 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 25** dopuści możliwość zaferowania płytki o długości L=65-142 mm (3-9 otworów) zamiast L=95-137 mm (3-6 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 151 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 26** dopuści możliwość zaferowania płytki posiadającej w części nasadowej 8 otworów blokowanych zamiast 4?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 152 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 26** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=86-190 mm (2-10 otworów) zamiast L=88-181 mm (2-8 par otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 153 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 27** dopuści możliwość zaoferowania płytki o szerokości 16,5 mm zamiast 17,5mm i grubości 4,5 mm zamiast 5,0 mm oraz 2 otwory pod druty Kirschnera zamiast 3?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 154 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 27** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=122-293 mm (6-15 otworów) zamiast L=131-299 mm (6-10 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 155 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 5 otworów blokowanych i 1 otwór pod wkręt gąbczasty kaniulowany \varnothing 7,3 mm oraz 3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 156 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 28** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=170-278 mm (6-12 otworów) zamiast L=138-263 mm (4-10 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 157 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 29** dopuści możliwość zaoferowania:

Płyty blokująco – kompresyjne, anatomiczne do nasady bliższej kości udowej z zestawem śrub. W obrębie trzonu płyt otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących i kompresyjnych. W głowie płyty otwory dla śrub blokowanych śr. 5.0 i 7,3mm. Śruby blokowane do płyt lite i kaniulowane samogwintujące. Płyty do bliższej nasady kości udowej, długość od 139 do 247mm, od 2 do 8 otworów w trzonie i 3 otwory w głowie, płyty prawe i lewe.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 158 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 30** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej 3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 159 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 30** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=140-220 mm (5-9 otworów) zamiast L=129-213 mm (4-8 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 160 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 otwory blokowane zamiast 6?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 161 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 31** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=118-262 mm (6-14 otworów) zamiast L=116-242 mm (4-10 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 162 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 32** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części nasadowej 3 otwory blokowane zamiast 6 oraz 3 otwory pod druty Kirschnera zamiast 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 163 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 32** dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości L=82-262 mm (4-14 otworów) zamiast L=131-278 mm (3-10 otworów)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 164 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 41** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych samogwintujących \emptyset 3,5 mm zamiast blokowanych gąbczastych samogwintujących \emptyset 3,9 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 165 Pakiet nr 10

Czy Zamawiający w **Poz. 42** dopuści możliwość zaoferowania wkrętów blokowanych samogwintujących \emptyset 5,0 mm zamiast blokowanych gąbczastych samogwintujących \emptyset 5,4 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 166 Pakiet nr 11

Czy Zamawiający w **Poz. 3** dopuści możliwość zaoferowania płytki posiadającej w części dalszej otwory pod śruby blokowane i korowe 3,5/2,7 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowana SIWZ, załączniki do SIWZ znajdują się do pobrania na stronie internetowej www.bip.szpitalmegrez.pl

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska