


**MEGREZ**  
Sp. z o.o.



WSS/DZP/...../AK/19

Tychy, 30.01.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na  
„Dostawę odczynników do badań z zakresu grup krwi wraz z dzierżawą  
automatycznego analizatora do badań immunotransfuzjologicznych”  
(nr sprawy: 52/18/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Zestaw pytań nr 1**

**Pytanie nr 1**

**– dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ “Wymagania techniczno-użytkowe”, Tabela nr 1 Parametry wymagane, II. ANALIZATOR punkt 6**

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie zapewnienia manualnego systemu w postaci wirówko-inkubatora z 10 miejscami do wirowania i inkubatorem na 20 miejsc?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2**

**– dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ “Wymagania techniczno-użytkowe”, Tabela nr 1 Parametry wymagane, II. ODCZYNNIKI punkt 9**

Prosimy o potwierdzenie, że dedykowana do systemu kontrola wewnętrznlaboratoryjna, jako nie należąca do grupy kaset oraz krwinek wzorcowych, może być produkowana przez innego producenta z zaznaczeniem w instrukcji użycia, że jest przeznaczona do zaoferowanego analizatora.

**Odpowiedź:**

Kontrola wewnętrznlaboratoryjna może być produkowana przez innego producenta.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



### Pytanie nr 3

– dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ „Wymagania techniczno-użytkowe”, Tabela nr 1 Parametry wymagane, II. ODCZYNNIKI punkt 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu: „Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: dla kart – minimum 6 miesięcy, dla krwinek wzorcowych – minimum 1 miesiąc” na „Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: dla kart – minimum 6 miesięcy, dla krwinek wzorcowych **oraz kontrolnych** – minimum 1 miesiąc”

#### Odpowiedź:

Tak. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ, w Rozdziale VI pkt 12 oraz załącznik nr 1 a do SIWZ „Wymagania techniczno – użytkowe oraz w załączniku nr 5 do SIWZ – wzór umowy §8 ust. 2, która otrzymuje brzmienie:

„Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: **dla kart** – minimum 6 miesięcy; **dla krwinek wzorcowych oraz kontrolnych** – minimum 1 miesiąc; **dla pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych** – minimum 6 miesięcy.

Zmodyfikowany załącznik nr 1a – Wymagania techniczno – użytkowe znajduje się do pobrania na stronie internetowej [www.bip.szpitalmegrez.pl](http://www.bip.szpitalmegrez.pl)

### Pytanie nr 4

– dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ „Wymagania techniczno-użytkowe”, Tabela nr 2 Parametry oceniane punkt 2

Czy Zamawiający uzna za spełniające warunek materiał kontrolny z surowicą ant-D z poziomem przeciwciał anty-D 0,1-0,05 IU/ml?

#### Odpowiedź:

Wymaga się, aby materiały kontrolne spełniały Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 09.06.2017r w sprawie wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników, badań preparatyki przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi.

### Pytanie nr 5

– dotyczy załącznika nr 1a do SIWZ „Wymagania techniczno-użytkowe”, Tabela nr 2 Parametry oceniane punkt 6

Czy Zamawiający uzna za spełniające warunek automatyczne utworzenie profilu dla grupy krwi z dowolnie wybranej konfiguracji kart?

Karty są załadowywane do magazynu analizatora i swobodnie wykorzystywane przez analizator. Praca taka nie ma wpływu na jakość uzyskiwania wyniku całej grupy krwi, a przez oddzielne kolumny przyspiesza uzyskanie wyniku grupy krwi, przy jednoczesnym zapewnieniu całkowitego wykorzystania kolumn w kartach.

#### Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

### Pytanie nr 6

– dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ „Wzór Umowy”, paragraf 3 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane?

#### Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

### Pytanie nr 7

– dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ „Formularz asortymentowo-cenowy”

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione ilości badań zawierają testy na badania kontrolne.

#### Odpowiedź:

Tak.

**Pytanie nr 8**

– dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ “Formularz asortymentowo-cenowy” punkt 11

Prosimy o potwierdzenie, że wymienione ilości zestawów można zmodyfikować zgodnie z zaleceniami producenta wyniakającymi z terminów ważności po otwarciu i harmonogramu dostaw w ciągu roku.

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9**

– dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ “Formularz asortymentowo-cenowy” punkt 13

Prosimy o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka w ilości nakłuwaczy i powinno być 13 500 sztuk?

**Odpowiedź:**

Tak powinno być **13 500 sztuk**.

**Pytanie nr 10**

– dotyczy załącznika nr 1 do SIWZ “Formularz asortymentowo-cenowy” punkt 15

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga w formularzu ofertowo-cenowym zaoferowania produktów powszechnie dostępnych w laboratorium takich jak, sól fizjologiczna i woda?

**Odpowiedź:**

Sól fizjologiczna – tak.

**Zestaw pytań nr 2**

**Pytanie nr 1**

– dotyczy SIWZ, Rozdział VI punkt 11b

Czy Zamawiający dopuści dołączenie do uzupełnienia oferty materiałów informacyjnych w postaci elektronicznej na płycie CD/DVD?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

– dotyczy SIWZ, Rozdział VI punkt 11 b

Czy w przypadku załączania do uzupełnienia oferty drukowanych wersji materiałów informacyjnych z uwagi na dużą liczbę stron Zamawiający wyrazi zgodę na podpisywanie załącznika tylko na pierwszej stronie ze wskazaniem których stron podpis dotyczy?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

Zamawiający informuje, iż zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo cenowy oraz załącznik nr 1a do SIWZ - Wymagania techniczno – użytkowe znajdują się do pobrania na stronie internetowej [www.bip.szpitalmegrez.pl](http://www.bip.szpitalmegrez.pl)

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust. 1 ustawy, w związku z czym ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

- Oferty należy składać do dnia 04.02.2019r., do godziny 10:00
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.02.2019r., o godzinie 11:00.

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

  
Specjalista ds. Zamówień Publicznych  
Aneta Kowal

TERENOWY DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
KOWALCZESNE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI  
KIEROWNIK DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO

  
Kardiina Filipowska