



DZP/199/MH/19

Tychy, 20.02.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na
„Dostawę mebli, sprzętu i wyposażenia medycznego”
(nr sprawy: 5/19/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Zestaw pytań nr 1

Pakiet nr 11 – Wózek zabiegowy – opatrunkowy – 4 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka o stabilnej konstrukcji aluminiowej o wymiarach:
 - szerokość 662 mm
 - głębokość 594 mm
 - wysokość 1050 mm (wysokość do blatu 1000 mm),które jedynie nieznacznie odbiegają od wymaganych.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szuflad wykonanych z tworzywa będącego połączeniem ABS i PC (poliwęglan), łączącego zalety obu tworzyw, szuflady o maksymalnej nośności 45 kg, która to wartość jest niewiele niższa od wymaganej.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

3. Prosimy o dopuszczenie wózka o ładowności całkowitej wynoszącej ok. 300 kg, co jest parametrem wyższym od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka wyposażony w następujące szuflady (od dołu):
1 szuflada o wys. 236 mm
2 szuflady o wys. 156 mm
2 szuflady o wys. 76 mm
Proponowana konfiguracja szuflad wynika z konstrukcji oferowanego wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka, którego układ jezdny wysoce mobilny tworzą 4 obrotowe koła Ø 150 mm, w tym 2 z blokadą, nie brudzące podłoża, rozmieszczone w sposób zapewniający doskonałą zwrotność wózka.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wózka który z lewej strony posiada 3 uchylne transparentne półki boczne (uchylne o 30 st.) - zamiast 2 koszy z prawej strony oraz drucianego koszyka na akcesoria medyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka poniżej)



**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska**