



DZP/191/MH/19

Tychy, 19.02.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na  
„Dostawę mebli, sprzętu i wyposażenia medycznego”  
(nr sprawy: 5/19/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Zestaw pytań nr 1**

**Dotyczy: Pakiet nr 11, poz. 1 – Wózek zabiegowy – opatrunkowy – 4 szt.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający stabilną konstrukcję opartą na czterech kolumnach stalowych, lakierowanych proszkowo, wymiary: szerokość 720 mm, głębokość 610 mm, wysokość 1080 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający maksymalną nośność szuflady 10 kg?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający całkowitą ładowność wózka 150 kg?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający dopuści wózek posiadający wysokość szuflad od dołu: 22,5 cm, 15 cm, 15 cm, 7,5 cm, 7,5 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**MEGREZ Sp. z o.o.**

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w koła o średnicy 150 mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony standardowo w trzy uchylne, tworzywowe pojemniki/ kuwety z lewej strony wózka przeznaczone na akcesoria medyczne (zamiast drucianego kosza)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Zestaw pytań nr 2****Pytanie nr 1**

Pakiet nr 1 poz. 1 parawan teleskopowy wraz z zasłoną – 69 kpl.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanów wg poniższego opisu i wizualizacji:

Parawan złożony z rurek dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo, wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (304). Mocowany do ściany. Kolor zasłony – zgodny z opisem w SIWZ. Zasłona bawełniana o wymiarach 2000x1500 mm. Wysięgnik bez uchwytu na kroplówki. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Długość w stanie złożonym 880mm, długość w stanie rozłożonym 2060mm.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Prośbę swoją motywujemy bardzo dużą ilością parawanów i koniecznością ich montażu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

**Pytanie nr 3**

Pakiet nr 5 poz. 1 mobilne stoliki medyczne typu „Mayo” – 2 szt.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wykonania do 8 tygodni od dnia podpisania umowy?

Prośbę swoją motywujemy znacznym wydłużeniem terminów dostaw na podzespoły do mebli od naszych poddostawców spowodowane realizacją wielu zleceń będących wynikiem spiętrzenia zamówień w ostatnim kwartale roku, związanego między innymi z wieloma inwestycjami na rynku ogłoszonymi przez sektor publiczny, w tym jednostki służby zdrowia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.

### **Zestaw pytań nr 3**

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści ofertę na pakiet nr 1 tj. parawany teleskopowe z zasłonami wykonane ze stali kwasoodpornej z 3-elementowym statywem o wymiarach 800 – 2100 mm i zasłonami zmywalnymi z możliwością ich prania w temperaturze 30 stopni C w rozmiarze 180x200cm (szer. X wys.) i możliwością wyboru 4 kolorów pistacja, biały, beżowy i niebieski.

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wymiary, natomiast zasłona zgodna z SIWZ.

### **Zestaw pytań nr 4**

#### **Pytanie nr 1**

Pakiet nr 1 Parawan medyczny

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie parawanów o parametrach:

- wysięgnik ze stali kwasoodpornej
- obudowa metalowa mocowana do ściany

- Długość: 70 - 200 cm
- Wymiary ekranu: 200 cm x 144 cm
- Waga: 5 kg

Spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ



---

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

## Zestaw pytań nr 5

### Pytanie nr 1

#### **Dotyczy pakietu. 1. Parawan teleskopowy z zasłoną – 69kpl. Pkt. 1.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości parawan teleskopowy przyścienny o długości po rozciągnięciu L=200cm?

W całości wykonany ze stali nierdzewnej, wysięgnik składa się z dopasowanych do siebie, nierozłącznych i wysuwanych teleskopowo czterech elementów rurowych.

Wymiary:

- długość w stanie złożonym: 70cm,
- długość w stanie rozłożonym: 200cm,?

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

### Pytanie nr 2

#### **Dotyczy pakietu. 1. Parawan teleskopowy z zasłoną – 69kpl. Pkt. 2.**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości parawan teleskopowy przyścienny, którego zasłonka wykonana jest z elanobawełny o wymiarach: 200x 144cm (dł. x wys.)?

Kolory: seledyn, pomarańczowy, beżowy, biały, niebieski, żółty, szary.

***Poniżej zdjęcia poglądowe parawanu, który chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu:***



Kolor zasłony



Elanobawełna - zielony



Elanobawełna - pomarańczowy



Elanobawełna - beżowy



Elanobawełna - biały



Elanobawełna - niebieski



Elanobawełna - żółty



Elanobawełna - szary

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza powyższe.

## Zestaw pytań nr 6

### Pytanie nr 1

Dotyczy: Pakiet nr 1- Parawan medyczny.

1. Czy Zamawiający dopuści parawan o długości w stanie złożonym 850 mm?
2. Czy Zamawiający dopuści zasłonkę wykonaną z materiału poliester w kolorach: miętowym (ZP-1), żółtym (ZP-2), niebieskim (ZP-3), białym (ZP-4), beżowym (ZP-5), zielonym (ZP-6)?

### Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza zasłonki z tkaniny poliester , nie dopuszcza zasłon typu prysznicowego.

### Pytanie nr 2

Dotyczy: Pakiet nr 8- Krzesło toaletowe prysznicowe



1. Czy Zamawiający dopuści krzesło wykonane z aluminium?
2. Czy Zamawiający dopuści krzesło o dopuszczalnym obciążeniu 150 kg?
3. Czy Zamawiający dopuści krzesło o wadze 12,9 kg?
4. Czy Zamawiający dopuści krzesło, które posiada jedynie składane podłokietniki i podnóżki?

### Odpowiedź:

Ad 1. Zamawiający dopuszcza.

Ad 2. Zamawiający dopuszcza.

Ad 3. Zamawiający dopuszcza.

Ad 4. Zamawiający dopuszcza.

## Zestaw pytań nr 7

### Pakiet 4- Wózek do przewożenia pacjentów

#### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści wózek z wysokością regulowaną nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie 560-980 mm, regulacja za pomocą 2 pedałów umieszczonych po bokach wózka?

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści wózek wyposażony w 4 krążki odbojowe jednoosiowe zabezpieczające ściany podczas przetaczania i zmiany wysokości?

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem wyposażonym w uchwyty umożliwiające przenoszenie samego materaca?

#### Odpowiedź:

Tak.

#### Pytanie nr 4

Czy Zamawiający dopuści wózek w białym kolorze ramy oraz materacem koloru czarnego?

#### Odpowiedź:

Nie.

#### Pytanie nr 5

Czy Zamawiający dopuści wózek o bezpiecznym obciążeniu roboczym 170 kg potwierdzonym stosownym dokumentem?

#### Odpowiedź:

Nie.

## Zestaw pytań nr 8

### PYTANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

#### Pytanie nr 1

##### **Pakiet 6 – pulsoksymetr**

Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem saturacji u pacjentów **z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami**, a przede wszystkim u pacjentów **pobudzonych i w ruchu** Zamawiający oczekuje pulsoksymetru, najwyższej uznanej technologii, która radzi sobie w ww. przypadkach dzięki technologii eliminującej artefakty, tj. technologii SET – eliminacji sygnałów płynących z krwi żyłnej, dodatkowo zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn) i dodatkowo bezproblemowo radzi sobie z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach ?

#### Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje produktu zgodnie z SIWZ natomiast dopuszcza opisany w zapytaniu.

#### **PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4B– WZÓR UMOWY**

##### **Pytanie nr 2 – dotyczy §5 ust. 2 pkt a)**

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

*„w wysokości 0,1% **wartości brutto niedostarczonego w terminie Urządzenia**, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zobowiązania, określonego w §2 ust.1.”*

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

##### **Pytanie nr 3 – dotyczy §5 ust. 2 pkt b)**

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

*„w wysokości 0,1% **wartości brutto naprawianego Urządzenia**, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii Urządzenia względem terminów określonych w §4 ust. 5 (w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego; w razie jego dostarczenia kara umowna nie będzie naliczana za okres od dnia dostarczenia urządzenia do dnia wykonania naprawy Urządzenia)”*

##### **Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację.

### **Informacja dla Wykonawców w zakresie pakietu nr 2**

**Zamawiający informuje, iż modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia w załączniku nr 1a do SIWZ – Parametry techniczne w pakiecie nr 2, który znajduje się do pobrania na stronie internetowej [www.bip.szpitalmegrez.pl](http://www.bip.szpitalmegrez.pl)**

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust. 1 ustawy, w związku z czym ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert tj.

- Oferty należy składać do dnia 26.02.2019r., do godziny 10:00
- Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 26.02.2019r., o godzinie 12:00

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA  
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO  
Karolina Filipowska