



WSS/DZP/³⁵²...../AK/19

Tychy, 26.03.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na
„Dostawę urządzeń do dezynfekcji metodą zamgławiania, lampy bakteriobójczej
przepływowej dwufunkcyjnej jezdnej, wózka do przewozu czystej i brudnej bielizny”
(nr sprawy: 9/19/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Zestaw pytań nr 1

Pytanie nr 1

Pakiet nr 1 – wózek do transportu czystej i brudnej bielizny

Czy Zamawiający dopuści wózek na stelażu wykonanym ze stali nierdzewnej (kwasoodpornej OH18N9) z szafką z płyty meblowej obustronnie laminowanej MDM o grubości 18mm?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza powyższego.

Zestaw pytań nr 2

Pytanie nr 1

Dotyczy zadania nr 3 zamgławiacz

- Dotyczy punktu 5 - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie z suwakiem, który umożliwia ustawienie kubatury pomieszczenia w zakresie do 350 m³ ? Uzasadnienie: równie łatwo można ustawić kubaturę pomieszczenia, co nie ma wpływu na poprawność procesu dezynfekcji

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837 MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



- Dotyczy punktu 6 - **Czy zamawiający dopuści urządzenie o wadze 9 kg netto (bez płynu)?**
- Dotyczy punktu 8 - **Czy Zamawiający dopuści do zaferowania płyn z 2 % i 6 % H₂O₂ bez zawartości metali ciężkich i srebra ?**
- Dotyczy punktu 9 - **Czy Zamawiający dopuści do zaferowania środek kompatybilny z urządzeniem w butelkach pojemności 750 ml ?**
- Dotyczy punktu 11 - **Czy Zamawiający dopuści środek , który jest w 100 % biodegradowalny?**
- Dotyczy punktu 20 - **Czy zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 390 mm x 536 mm x 290 mm?**
- Dotyczy punktu 22 - **Czy Zamawiający dopuści do zaferowania urządzenie bez możliwość podłączenia do urządzenia elastycznego węża do dezynfekcji klimatyzacji/przewodów wentylacyjnych oraz miejsc trudnodostępnych?** Uzasadnienie: po podłączeniu urządzenia do węża zmieniają się właściwości fizyko-chemiczne środka , ponieważ może on się skraplać w wężu , co może powodować zmianę skuteczności środka dezynfekcyjnego.
- Dotyczy punktu 26 - **Czy zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny – 2% plazmowany nadtlenek (opcja 6% roztworu) bez dodatkowych czynników i chemii?** Biodegradowalny w 100%, Zapach: przyjemny, brak śladów osadu po użyciu. **Czy Zamawiający dopuści do zaferowania płyn w baniakach 5 litrowych ?**
- Dotyczy punktu 27 - **Czy zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny – 2% plazmowany nadtlenek (opcja 6% roztworu) bez dodatkowych czynników i chemii?** Opakowanie 0.75 l – ekonomiczne zbiorcze 5 l, działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze, **biodegradowalny w 100%**, zapach: przyjemny, brak śladów osadu po użyciu. **Czy Zamawiający dopuści do zaferowania płyn w ekonomicznych baniakach 5 litrowych ?**
- Dotyczy punktu 28 - **Czy zamawiający dopuści środek dezynfekcyjny – 2% plazmowany nadtlenek (opcja 6% roztworu) bez dodatkowych czynników i chemii?** Opakowanie 0.75 l – zbiorcze 5 l, Działanie bakteriobójcze, wirusobójcze, grzybobójcze i sporobójcze, biodegradowalny w 100%, zapach: przyjemny, brak śladów osadu po użyciu, **Czy Zamawiający dopuści do zaferowania płyn w ekonomicznych pojemnikach 5 litrowych ?**
- Dotyczy punktu 29 - **Czy zamawiający dopuści przyjazny dla środowiska insektycyd na komary:** Cu Aedes aegypti, lex pipiens, Aedes albopictus, osy: Szpachelka, rogatek: Vespa crabro, roztocza kurzu: Dermatofagidy pteronyssinus, Dermatofagidy farina, ćma pokarmowa: Ephestia kuehniella, ćma płócienna: Tineola bisselliella, pchły: Ctenicephalides felis Adults, Ctenocephalides felis Larvae, house spider: Tegeneraria domowa, mrówka czarna, mrówka czarna: Lasius niger, pluskwa łózkowa: Cimex lectularius" karaluch niemiecki: Blattella germanica, karaluch orientalny: Blatta orientalis, karaluch americano: Periplaneta Americana, muchy: Musca domestica, strupki: Sarcoptes scabiei

Odpowiedź:

Ad do punktu nr 5 – Nie

Ad do punktu nr 6 – Nie
Ad do punktu nr 8 – Nie
Ad do punktu nr 9 – Tak
Ad do punktu nr 11 – Tak
Ad do punktu nr 20 – Nie
Ad do punktu nr 22 – Nie
Ad do punktu nr 26 – Nie
Ad do punktu nr 27 – Nie
Ad do punktu nr 28 – Nie
Ad do punktu nr 29 – Nie

KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
ROWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNIKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Karolina Filipowska

DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH


Specjalista ds. Zamówień Publicznych
Aneta Kowal