

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu, aparatury i wyposażenia medycznego (nr sprawy: 12/19/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 Pakiet 14 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

pkt 8.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z klawiaturę symboliczną.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 2 Pakiet 14 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

pkt 13.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z zakres szybkości infuzji:

dla strzykawk 2/3 oraz 5 ml 0,1-150 ml/h

dla strzykawk 10 ml 0,1-300 ml/h

dla strzykawk 20 ml 0,1-600 ml/h

dla strzykawk 30 ml 0,1-900 ml/h

dla strzykawk 50/60 ml 0,1-2000 ml/h?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 3 Pakiet 14 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

pkt 17.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z zakres szybkości dozowania dawki uderzeniowej BOLUS w zależności od użytej strzykawki

dla strzykawk 2/3 oraz 5 ml 0,1-150 ml/h

dla strzykawk 10 ml 0,1-300 ml/h

dla strzykawk 20 ml 0,1-600 ml/h

dla strzykawk 30 ml 0,1-900 ml/h

dla strzykawk 50/60 ml 0,1-2000 ml/h

**Odpowiedź:**

Tak.

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837  
MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł

**Pytanie nr 4 Pakiet 14 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

pkt 24.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy bez możliwości programowania nazwy oddziału, parametr ograniczający ilość wykonawców

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie nr 5**

**Pakiet 14 – pompa infuzyjna jednostrzykawkowa**

pkt 35.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pompy z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym -10h przy przepływie 5 ml/h, ale z szybkim ładowaniem do 100% pojemności w czasie do 6 h.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 6 PYTANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU**

PKT 3

Prosimy Zamawiającego o modyfikację pkt. W następujący sposób: „liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, iż w §4 pkt. 3 wzoru umowy 4a, gdzie znajduje się zapis dotyczący rozpoczęcia naprawy urządzenia, cytuję: „Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w czasie nie dłuższym niż 72 godzin od momentu zgłoszenia awarii i zakończenie naprawy przedmiotu umowy, co do którego zgłoszono niezgodność, wadę lub usterkę w czasie nie dłuższym niż 7 (siedem) dni roboczych, wyliczając dzień zgłoszenia awarii lub wady. W przypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy z zagranicy lub konieczności wysłania tam sprzętu medycznego na pisemną prośbę Wykonawcy, Zamawiający może wyrazić pisemną zgodę na przedłużenie okresu naprawy sprzętu medycznego.”

**Pytanie, które zadał Wykonawca dotyczy §4 pkt. 5 wzoru umowy 4a, cytuję: „W przypadku, gdy liczba napraw gwarancyjnych przekroczy 3 (trzy) naprawy tego samego elementu przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany tego elementu na nowy.”**

Zamawiający nie dokona zmiany zapisu.

**Pytanie nr 7 PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4A– WZÓR UMOWY - dotyczy §5 ust. 2 pkt a)**

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

„w wysokości 0,1% **wartości brutto niedostarczonego w terminie Urządzenia**, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zobowiązania, określonego w §2 ust.1.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zgody na zmianę.

**Pytanie nr 8 PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4A– WZÓR UMOWY – dotyczy §5 ust. 2 pkt b)**

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

„w wysokości 0,1% **wartości brutto naprawianego Urządzenia**, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii Urządzenia względem terminów określonych w §4 ust. 5 (w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego; w razie jego dostarczenia kara umowna nie będzie naliczana za okres od dnia dostarczenia urządzenia do dnia wykonania naprawy Urządzenia)”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga zgody na zmianę.

**Pytanie nr 9 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt dot. Pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator dwufazowy z zakresem wyboru energii od 1 do 200 J, spełniający aktualne Wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji dotyczące zakresu energii defibrylacji dwufazowej?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 10 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt dot. Pkt 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie defibrylatora z zakresem ilości poziomów energii minimum 19?

W praktyce podczas wystąpienia zatrzymania krążenia lub arytmii mięśnia sercowego wymagających leczenia z użyciem defibrylatora używanych jest tylko kilka poziomów energii dla danej procedury (defibrylacji lub kardiowersji) z rozróżnieniem na pacjenta dorosłego lub pediatrycznego. Na ogół jest to zakres od 1 do 3 poziomów energii, w przedziałach zalecanych przez producenta. Zatem ilość poziomów energii w każdym defibrylatorze jest na tyle rozpięta, aby było możliwe przeprowadzenie skutecznej defibrylacji. Z tego punktu widzenia wymóg 22poziomów jest bezzasadny i skutecznie uniemożliwia złożenia oferty innym oferentom, którego technologia nie wymaga szerokich zakresów poziomów energii.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 11 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt.****dot. Pkt 15**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem wzmocnienia sygnału: 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 3.0 cm/mV automatyczne?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 12 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt.****dot. Pkt 15**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator z zakresem pomiaru częstości akcji serca w zakresie od 30 do 300/min ?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 13 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt.****dot. Pkt 17**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator o zakresie pomiaru tętna 25-240 u/min w technologii Masimo?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 14 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt.**

**dot. Pkt 19**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator, który ma możliwość zapisu 350 zdarzeń (pacjentów), zapewnia ciągły zapis EKG, a czas zapisu trendów ograniczony jest pamięcią defibrylatora?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 15 Pak. 1 Defibrylator dwufazowy z kardiowersją i saturacją – 1 szt.**

**dot. Pkt 23**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator ze stojakiem jezdny z stali nierdzewnej na 5 kołach?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 16 Pakiet nr 7 Bezcieniowa lampa zabiegowa na statywie jezdny z bezdotykową regulacją natężenia światła – 2 szt.**

**dot. pkt 3**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z elastycznym ramieniem typu „gęsia szyja” o długości 79 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 17 Pakiet nr 7 Bezcieniowa lampa zabiegowa na statywie jezdny z bezdotykową regulacją natężenia światła – 2 szt.**

**dot. pkt 5**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z plamką świetlną 18cm z odległości roboczej 50cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 18 Pakiet nr 7 Bezcieniowa lampa zabiegowa na statywie jezdny z bezdotykową regulacją natężenia światła – 2 szt.**

**dot. pkt 6**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z barwą światła 5500K (biała)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 19 Pakiet nr 7 Bezcieniowa lampa zabiegowa na statywie jezdny z bezdotykową regulacją natężenia światła – 2 szt.**

**dot. pkt**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania lampę zabiegową z płynną regulacją natężenia światła w zakresie 50-100% z sensorem bezdotykowym?

**Odpowiedź:**

Tak.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA  
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO**

**Karolina Filipowska**