



Tychy, 02.07.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na usługę wykonywania przeglądów technicznych, diagnostyk i napraw sprzętu medycznego (nr sprawy: 18/19/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1 Dotyczy: Formularz asortymentowo-cenowy (pogwarancyjne przeglądy techniczne)
Załącznik nr 1 - Pakiet nr 91**

Wykonawca prosi o zmianę częstotliwości wykonywania przeglądów z „co 12 miesięcy” na „co 36 miesięcy”. Zgodnie z zaleceniami producenta przeglądy pomp producenta Fresenius Kabi należy wykonywać co 36 miesięcy.

Jednocześnie prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający nadal oczekuje wykonania 2 przeglądów w trakcie trwania 24-miesięcznej umowy przy zachowaniu częstotliwości przeglądów zalecanych przez producenta (1 przegląd/36 miesięcy)..

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmianę częstotliwości wykonywania przeglądów z „co 12 miesięcy” na „co 36 miesięcy”.

Zamawiający oczekuje wykonania jednego przeglądu w trakcie trwania 24 miesięcznej umowy.

Pytanie nr 2

Wykonawca prosi o udostępnienie wersji edytowalnej dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia oferty przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający udostępni na stronie www.bip.szpitalmegrez.pl edytowalną wersję dokumentów i oświadczeń wymaganych do złożenia oferty przetargowej.

Pytanie nr 3 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 4 ust.2:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837
MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



Wykonawcę informacji telefonicznie lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy dla pakietów nr 1 - 93, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie do 7 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy. W razie konieczności wymiany części na nowe lub regenerowane, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy zgodnie z §4 pkt 3 lub wymiany dostarczonych przez Zamawiającego części niezbędnych do naprawy sprzętu (dot. zamówienia przez Zamawiającego części u podmiotu trzeciego), w powyższych terminach”

zapisem:

„Usunięcie usterek zostanie dokonane w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez Wykonawcę informacji telefonicznie lub elektronicznie o akceptacji kosztów naprawy dla pakietów nr 1 - 93, a w przypadku napraw bardziej skomplikowanych w terminie do 7 dni roboczych od zaakceptowania przez Zamawiającego kosztorysu naprawy. W razie konieczności wymiany części na nowe lub regenerowane, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania naprawy zgodnie z §4 pkt 3.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i umową.

Pytanie nr 4 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 6 ust.1:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy Sprzętu na okres [min. 24] miesięcy od dnia zakończenia naprawy i jej przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.”

zapisem:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane naprawy Sprzętu na okres [min. 6] miesięcy od dnia zakończenia naprawy i jej przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 5 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 6 ust.2:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na użyte i zamontowane części na okres [min. 24] miesięcy od dnia zakończenia naprawy i jej przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, („Części”).”

zapisem:

„Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na użyte i zamontowane części na okres [min. 6] miesięcy od dnia zakończenia naprawy i jej przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego, („Części”).”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 6 ust.3:

„W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany wadliwych Części użytych w celu wykonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od zawiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z §9.”

zapisem:

„W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub wymiany wadliwych Części użytych w celu wykonania naprawy w terminie nie dłuższym niż 3 dni **roboczych** od zawiadomienia przez Zamawiającego zgodnie z §9.”

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ i umową.

Pytanie nr 7 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 8 ust.2:

„a) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego, napraw lub diagnostyki w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

zapisem:

„a) za opóźnienie w wykonaniu przeglądu technicznego, napraw lub diagnostyki w wysokości 50,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień **roboczy** opóźnienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 8 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 8 ust.2:

„c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia”

zapisem:

„c) za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z gwarancji w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy rozpoczęty dzień **roboczy** opóźnienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 9 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 8 ust.2:

„d) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 2000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),”

zapisem:

„d) za rozwiązanie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy: w wysokości 1000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 10 Dotyczy: Projekt umowy - Pakiet nr 91

Wykonawca prosi o zastąpienie zapisu w § 8 ust.2:

„e) za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień opóźnienia”

zapisem:

„e) za opóźnienie w dostarczeniu sprzętu zastępczego, w wysokości 50,00 zł (słownie: dwieście złotych 00/100) za każdy dzień **roboczy** opóźnienia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11 Dotyczy pakietów o nr: 90, 91:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców nie dysponujących osobami posiadającymi przeszkolenie u producenta oraz jego zaświadczenia potwierdzającego uprawnienia do wykonywania usług konserwacyjnych tj. autoryzacji, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012), personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wykształcenie i przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PNEN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”), a także ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie serwisu aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych producentów.

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że „W zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90 ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego”. (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12).

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 12 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo Gold co 12 miesięcy lub po 5000 godzin pracy wymagana jest wymiana:

- Filtr gazów wejściowych [2 sztuki]

- Wlot gazu do miski pułapki wodnej [2 sztuki]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany i ilości przepracowanych godzin ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian i ilości przepracowanych godzin tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany filtrów, uszczelki natomiast nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 13 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo Gold co 12 miesięcy wymagane jest sprawdzenie stanu zużycia i jeśli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany czujnika tlenu.

Pytanie nr 14 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo Gold co 24 miesiące lub po 5000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulatory [2 sztuki]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat wymiany i czasu eksploatacji ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian i czasu pracy tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 15 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części

zamiennie będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo Gold co 5000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Zestaw przeglądowy nebulizatora

Wykonawca nie ma wiedzy na temat czasu eksploatacji ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany zestawu przeglądowego nebulizatora.

Pytanie nr 16 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamiennych będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania

wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Galileo Gold co 20000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:

- Podświetlenie wyświetlacza LCD

Wykonawca nie ma wiedzy na temat godzin pracy ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować godzin pracy tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany podświetlenia wyświetlacza LCD.

Pytanie nr 17 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 1:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi

przez producenta respiratora Galileo Gold ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Membrana Zastawki Wydechowej

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymianę membrany zastawki wydechowej.

Pytanie nr 18 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Raphael co 12 miesięcy wymagana jest wymiana:

- Filtr gazów wejściowych [2 sztuki]

- Wlot gazu do miski pułapki wodnej [2 sztuki]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24

miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany filtrów, uszczelki natomiast nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 19 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Raphael co 12 miesięcy wymagane jest sprawdzenie stanu zużycia i jeśli stan zużycia na to wskazuje wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany czujnika tlenu.

Pytanie nr 20 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Raphael co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

_ Akumulatory [2 sztuki]

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnich dat wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej

nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 21 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Raphael co 36 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

_ Bateria podtrzymania pamięci

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatnich dat wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 22 Dotyczy: Pakiet nr 4 poz. 2:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Raphael ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Membrana Zastawki Wydechowej

Wykonawca nie ma wiedzy na temat stanu zużycia ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stanu zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymianę membrany zastawki wydechowej.

Pytanie nr 23 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 1-3:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);

- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 wymiana następujących zestawów serwisowych jest uwarunkowana stanem zużycia, określonym czasookresem lub ilością przepracowanych godzin. Mając na uwadze powyższe prosimy o wskazanie ilości przepracowanych godzin dla każdego z posiadanych przez Zamawiającego respiratorów Bennett 840.

Producent wymaga wymiany zestawu 10k i 15k po przepracowaniu odpowiednio 10 lub 15 tys. godzin. Wskazanie Wykonawcy ilości przepracowanych godzin jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy:

- a) wymiany zestawu 10k
- b) wymiany zestawu 15k
- c) wymiany zestawów 10k i 15k
- d) nie wymaga wymiany zestawów 10 i 15k.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat godzin przepracowanych przez ww. Zestawy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów Bennett 840 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. zestawów. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany zestawu naprawczego.

Pytanie nr 24 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 1-3:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana:

- czujnik tlenu.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga czujnika tlenu..

Pytanie nr 25 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 1-3:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);

- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 840 co 24 miesiące wymagana jest wymiana akumulatora.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany akumulatorów. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 840 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Prosimy o jednoznaczne wytyczne. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany akumulatorów prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia jej w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana akumulatora będzie dokonywana po określeniu dat wymian zgodnie z zaleceniami po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 26 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 4:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe

oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 wymagana jest wymiana zestawów przeglądowych: 15,000-hour preventive maintenance kit i 30,000-hour preventive maintenance kit odpowiednio po 15,000 i 30,000 godzinach pracy.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. zestawów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 740 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. zestawów. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych zestawów prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany zestawów naprawczych.

Pytanie nr 27 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 4:

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 raz na 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny

- Akumulator zewnętrzny (jeśli występuje)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 740 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że

wymiana akumulatora będzie dokonywana po wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 28 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 4:

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 co 12 miesięcy lub co 15000 godzin wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr wlotu powietrza pompy PEEP

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany ww. Części i ilości przepracowanych godzin. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 740 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. Części i ilości przepracowanych godzin prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. Części będzie dokonywana po określeniu dat wymian zgodnie z zaleceniami po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany filtra wlotu powietrza pompy PEEP.

Pytanie nr 29 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 4:

Zgodnie z zapisami SIWZ przeglądy i naprawy muszą być dokonywane zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta danego sprzętu w dokumentacji technicznej. W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 740 co 12 miesięcy lub ze względu na stan zużycia wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu

Wykonawca nie ma wiedzy na temat dat ostatniej wymiany ww. części i stanu zużycia. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga i jeżeli tak to dla których respiratorów Bennett 740 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatniej wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana ww. części będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany czujnika tlenu.

Pytanie nr 30 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 5-7:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamiennne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe

oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 7200 wymagana jest wymiana zestawów przeglądowych: 2.5K PM KIT i 10K PM KIT odpowiednio po 2.500 i 10.000 godzinach pracy.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat przepracowanych godzin ww. zestawów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. zestawów. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych zestawów prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany zestawów naprawczych.

Pytanie nr 31 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 5-7:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 7200 co 10.000 godzin pracy wymagana jest wymiana następujących części:

Bateria podtrzymania pamięci (2 szt. Na 1 urządzenie)

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. części. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy dla respiratora Bennett 7200 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. zestawów. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości przepracowanych godzin ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 32 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 wymiana następujących zestawów serwisowych jest uwarunkowana stanem zużycia/określonym czasookresem lub ilością przepracowanych godzin.

Producent wymaga wymiany zestawu BDU 10K PM KIT po przepracowaniu 10000 godzin.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. zestawu. Prosimy o wskazanie ilości przepracowanych godzin dla ww. zestawu. Wskazanie Wykonawcy ilości przepracowanych godzin jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie zestawy mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy Zamawiający wymaga w trakcie 24

miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany zestawu BDU 10K PM KIT. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie określić ilości przepracowanych godzin ww. zestawu prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany zestawów naprawczych.

Pytanie nr 33 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 raz na 12 miesięcy lub jeśli stan zużycia tego wymaga, wymagana jest wymiana następujących części:

- Czujnik tlenu.

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części i stanu zużycia. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla respiratora Bennett 980 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian i stanu zużycia ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i

wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany czujnika telnu.

Pytanie nr 34 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 36 miesięcy wymagana jest wymiana:

- Akumulatorów

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla respiratora Bennett 980 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany akumulatorów.

Pytanie nr 35 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 po 10000 godzin pracy wymagana jest wymiana:

- Wewnętrzny filtr wdechowy

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ilości przepracowanych godzin ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla respiratora Bennett 980 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować ilości godzin pracy tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany wewnętrznego filtra wdechowego.

Pytanie nr 36 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części

zamiennie będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana:

- Filtr wentylatora chłodzącego

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla respiratora Bennett 980 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga wymiany filtra wentylatora chłodzącego.

Pytanie nr 37 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamiennych będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe

oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 po upływie 12 miesięcy lub 10000 godzin lub po wykonaniu 100 dezynfekcji wymagana jest wymiana:

- Zespół czujnika przepływu zaworu wydechowego

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części, ilości godzin i ilości dezynfekcji. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla respiratora Bennett 980 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części, ilości przepracowanych godzin i ilości dezynfekcji prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga wymiany zespołu czujnika przepływu zaworu wydechowego.

Pytanie nr 38 Dotyczy: Pakiet nr 5 poz. 8-9:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Bennett 980 jeśli urządzenie jest wyposażone w kompresor to po upływie 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Filtr kompresora DC

Wykonawca nie ma wiedzy na temat daty ostatniej wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy Zamawiający wymaga dla respiratora Bennett 980 w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować dat ostatnich wymian tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Respirator Bennett 980 nie posiada kompresora DC.

Pytanie nr 39 Dotyczy: Pakiet nr 90 poz. 1-8:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje czynności wymagane w celu dopuszczenia sprzętu do dalszego użytkowania zgodnie z instrukcją obsługi producenta sprzętu, m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Babylog 8000 wymiana poszczególnych zestawów serwisowych jest uwarunkowana określonym czasookresem. Producent wymaga wymiany zestawu BABYLOG 8000 SERVSET (1 YEAR), BABYLOG 8000 SERVSET (2 YEAR), BABYLOG 8000 SERVSET (6 YEAR) po przepracowaniu odpowiednio 1 roku, 2 lat lub 6 lat.

Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy:

- a) wymiany zestawu BABYLOG 8000 SERVSET (po 1 roku)
- b) wymiany zestawu BABYLOG 8000 SERVSET (po 2 latach)
- c) wymiany zestawów BABYLOG 8000 SERVSET (po 6 latach)
- d) nie wymaga wymiany żadnego z ww. zestawów

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. zestawów. Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i dla których respiratorów Babylog 8000 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. zestawów. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty wymiany ww. zestawów prosimy o

zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 40 Dotyczy: Pakiet nr 90 poz. 1-8:

Zgodnie z zapisami SIWZ przedmiot zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie, w ramach przeglądów okresowych, wymiany pakietów serwisowych, zalecanych / wymaganych przez producenta (np. filtry, uszczelki, akumulatory);
- wymianę materiałów eksploatacyjnych lub części zużywalnych, zakwalifikowanych do ich wymiany podczas czynności serwisowych (używane przez Wykonawcę materiały eksploatacyjne oraz części zamienne będą nowe, pełnowartościowe oraz będą posiadać parametry techniczne odpowiadające parametrom technicznym materiałów eksploatacyjnych oraz części zamiennych dedykowanym danego rodzaju aparaturze, sprzętom lub urządzeniom przez ich producentów).

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe. Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora Babylog 8000 co 6 miesięcy wymagana jest wymiana:

- Filtr powietrza

Wykonawca nie ma wiedzy na temat ostatniej daty wymiany ww. części. Prosimy o jednoznaczne wytyczne, czy i dla których respiratorów Babylog 8000 Zamawiający wymaga w trakcie 24 miesięcznego okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty wymiany ww. części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i

wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI
KIEROWNKA DZIAŁU ORGANIZACYJNO-
PRAWNEGO**

Karolina Filipowska