

Tychy, 06.08.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala i Zakładu Diagnostyki Obrazowej (nr sprawy: 22/19/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

**Pytanie nr 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 179 w pozycjach nr 1, 2, 3 oraz 5 rękawice chirurgiczne z poziomem AQL  $\leq 1,0$  - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 179 w pozycji nr 4 rękawice lateksowe diagnostyczne posiadające lepszy niższy poziom AQL 1,0; teksturowane na całej powierzchni również na końcach palców, dopuszczone do kontaktu z żywnością; zgodność z normą EN 455-1,2,3 potwierdzona deklaracją zgodności producenta, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 179 w pozycji nr 7 jako rękawice alternatywne – rękawice jałowe, lateksowe bezpudrowe, kształt anatomiczny, kolor niebiesko-zielony, mankiet rolowany z opaską samoprzylepną, dostępne w rozmiarach 5.5 – 9.0, sterylizowane radiacyjnie, powierzchnia zewnętrzna gładka, powierzchnia zewnętrzna chlorowana i silikonowana, powierzchnia wewnętrzna pokryta poliuretanem, pokrywana warstwą nawilżającą Hydrasoft. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar oraz data ważności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 179 w pozycji nr 8 rękawice nitylowe do badań, cienkie, grubość na palcach 0,11 +/-0,01 mm, w miejsce informacji o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji - etanolu i izopropanlu - na opakowaniu Zamawiający dopuści rękawice odporne na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum

biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015; Rozmiary XS-XL, pakowane 100 sztuk, reszta parametrów bez zmian.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 181 w pozycji nr 1 jako rękawice alternatywne rękawice diagnostyczne nitrylowe o grubości na palcu 0,10mm +/-0,02mm, dłoni 0,07mm +/-0,01 mm, mankiecie 0,06mm. Rolowany mankiet, mikroteksturowane + teksturowane na palcach, kolor niebieski, polimerowane od strony roboczej, chlorowane od wewnątrz, długość min. 240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny oraz środek ochrony osobistej kategorii III. Odporna przenikalność co najmniej 14 substancji chemicznych w tym 12 substancji na co najmniej 3 poziomie ochrony, potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta oraz oryginalnym nadrukiem substancji i poziomów ochrony na opakowaniu. Odporna na działanie gotowych preparatów dezynfekcyjnych o szerokim spectrum biobójczym: co najmniej jeden preparat na bazie alkoholu izopropylowego (isopropanol) odporność przez minimum 480 minut i jeden preparat na bazie alkoholu etylowego (etanol) odporność przez minimum 6 minut potwierdzone raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium zgodnie z EN 16523-1:2015. Opakowanie a'200 sztuk (XS-XL). Rozmiar opakowania 12,1cm x 12,1cm x 16,5cm (+/- 5%), na przedniej ścianie instrukcja użycia, pasujące do uchwytów naściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pakiecie nr 182 w pozycji nr 1 rękawice niesterylne nitrylowe z poziomem AQL ≤ 1,0 - niższy poziom AQL gwarantuje wyższą jakość rękawic, lepszą szczelność a zarazem większe bezpieczeństwo użytkownika.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuści.

**Pytanie nr 7** Dotyczy pakietu 74, poz.1

Czy Zamawiający dopuści opakowanie zbiorcze w ilości 120szt-pakowane 20x6klipsów?

Jeśli tak prosimy o zaokrąglenie w górę lub w dół wymaganej ilości klipsów.

Klipsy spełniają pozostałe wymagania Zamawiającego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Zaokrąglić ilość szt. do 1200.

**Pytanie nr 8** Dotyczy pakietu 76, poz.1,2

Zamawiający wymaga w poz. 1 „Wielorazowy, niejałowy zestaw silikonowych drenów płuczaco - ssących do laparoskopii do pompy PG 100 firmy Aesculap” oraz w poz 2. „Wielorazowy, niejałowy zestaw drenów płuczających do artroskopii do pompy PG 100 firmy Aesculap.”

W związku z tym , że oryginalne dreny są już niedostępne w produkcji do tego typu pompy, prosimy o dopuszczenie wielorazowych, niejałowych drenów silikonowych kompatybilnych z pompą

posiadaną przez Zamawiającego. Dreny oferowane są w ilości po 1metr, dlatego jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, prosimy o doprecyzowanie w jakiej ilości i długości możemy zaoferować w/w dreny. Jeśli jednak Zamawiający nie dopuści takiego rozwiązania, prosimy o wydzielenie poz.1 i 2 do oddzielnego pakietu.

**Odpowiedź:**

Długość 4 m, ilość zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 9** Pakiet 34, Poz. 1

Prosimy o wydzielenie poz. 1 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

Prosimy o dopuszczenie opaski mocującej o wymiarach 30 x 8 cm z tasiemką o długości 105 cm, z możliwością prania w 40°C, bez możliwości sterylizacji parowej.

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili. Nie dopuści.

**Pytanie nr 10** Pakiet 103, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o wadze <3kg i >30 kg lub 1-20 kg.

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy. Pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie nr 11** Pakiet 103, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie czujnika dla pacjentów o wadze <3kg i >30 kg w formie pojedynczej opaski piankowej zapinanej na velcro.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszczamy.

**Pytanie nr 12** Pakiet 108, Poz. 4-10

Prosimy o wydzielenie poz. 4-10 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pytanie nr 13** Pakiet 108, Poz. 4-6

Prosimy o wskazanie w jakiej technologii mają pracować czujniki – Nellcor czy Masimo?

**Odpowiedź:**

Masimo.

**Pytanie nr 14** Pakiet 108, Poz. 8

Prosimy o podanie nr katalogowego obecnie stosowanego czujnika lub o określenie rodzaju złącza.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie udostępni nr katalogowego.

**Pytanie nr 15** Pakiet 113

Prosimy o wydzielenie poz. 5-6 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert.

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pytanie nr 16** Pakiet 122, Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie sondy wykonanej z poliuretanu.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszczamy.

**Pytanie nr 17** Pakiet 122, Poz. 4 i 5

Prosimy o zweryfikowanie czy chodzi o czujniki Masimo czy Nellcor?

**Odpowiedź:**

Poz. 4 – bez zmian, poz. 5 – Nellcor.

**Pytanie nr 18** Pakiet 126, Poz. 7

Prosimy o wydzielenie poz. 7 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pytanie nr 19** Pakiet 137, Poz. 7

Prosimy o wydzielenie poz. 7 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pytanie nr 20** Pakiet 147, Poz. 2

Prosimy o wydzielenie poz. 2 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pytanie nr 21**

Prosimy o dopuszczenie łyżek wykonanych z tworzywa sztucznego.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 22** Pakiet 150, Poz. 1-9, 11-12

Prosimy o wydzielenie poz. 1-12 do osobnego pakietu, co umożliwi wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości wykonawców, a tym samym wpłynie korzystnie na konkurencyjność ofert

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pytanie nr 23** Pakiet 150, Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie długości kabla 0,9m

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 24** Pakiet 150, Poz. 2, 5

Prosimy o dopuszczenie długości kabla 2,5m

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 25** Pakiet 150, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie szerokości 14.5 cm

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 26** Pakiet 150, Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-44 cm o szerokości 17.5 cm

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 27** Pakiet 150, Poz. 6

Prosimy o dopuszczenie długości 0,95 m

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 28** Pakiet 150, Poz. 7

Prosimy o dopuszczenie długości 3 m

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 29** Pakiet 150, Poz. 8

Prosimy o dopuszczenie średnicy 10 mm

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 30** Pakiet 150, Poz. 9

Prosimy o dopuszczenie czujnika mikrobiologicznie czystego o długości 90 cm z końcówką fi 1,9 mm z krążkiem przylepnym fi 30 mm

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 31** Pakiet 150, Poz. 11

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 26-35.5 cm o szerokości 13,5 cm, o długości 51.5 cm

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 32** Pakiet 150, Poz. 12

Prosimy o dopuszczenie szerokości 16.6 cm i długości 66.5cm.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 33** Pakiet 161

Czy chodzi o cały kabel czy o same przewody dołączeniowe? Prosimy o podanie modelu monitora Datex-Ohmeda.

**Odpowiedź:**

CCC 5/5. Cały kabel.

**Pytanie nr 34** Pakiet 162

Prosimy o podanie modelu monitora Datex-Ohmeda.

**Odpowiedź:**

CCC 5/5

**Pytanie nr 35** Pakiet 162, Poz. 1

Czy chodzi o cały kabel czy o same przewody dołączeniowe?

**Odpowiedź:**

Same przewody.

**Pytanie nr 36** Pakiet 162, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 35-45cm

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 37** Pakiet 162, Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie długości 2,5m

**Odpowiedź:**

Brak pozycji nr 5 w Pakiecie nr 162

**Pytanie nr 38** Pakiet 173

Prosimy o określenie w jakiej technologii ma pracować czujnik – Nellcor czy Masimo?

**Odpowiedź:**

Massimo.

**Pytanie nr 39** Pakiet 175, Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie długości 3m

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 40** Pakiet 178, Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie rozmiaru 25-35 cm

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 41** Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje igieł tępych w długościach 25 mm, 40mm lub 50 mm do wyboru przez Zamawiającego przy każdorazowym składaniu zamówienia.

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 42** Pakiet 15, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie masek pakowany a 25 sztuk w dyspenserze z odpowiednim przeliczeniem ilości, pozostałe zapisy zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 43** Pakiet 75, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie staplera skór nego z wymaganą ilości ą 35 zszywek o wymiarach 6,4mm x 4,0mm po uformowaniu.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 44** Pakiet 79, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie osłony uchwytu lampy operacyjnej, wykonanej z twardego plastikowego pierścienia o średnicy zewnętrznej 115 mm i wewnętrznej od 15mm do max.48mm ze schodkowym mocowaniem uchwytu oraz foliowej osłony w rozmiarze uniwersalnym dla uchwytów o średnicy maks. 48 mm i długości do 15 cm, jałowej, pakowanej podwójnie w worek foliowy i opakowanie papierowo-foliowe

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 45** Pakiet 180, poz. 1

W związku z tym, że w SIWZ nie sprecyzowano poziomów na jakim mają chronić rękawice do ochrony RTG, prosimy o doprecyzowanie zgodnie, czy rękawice z przeznaczeniem mają redukować dawkę promieniowania wiązki skupionej o 63, 53 i 46 % dla energii odpowiednio 60, 80 i 100 kV o ekwiwalencie ołowiu min. 0,04 mm Pb?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza wszystkie wiązki skupione.

**Pytanie nr 46** Pakiet 181, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie jako alternatywy rękawice diagnostyczne nitylowe bezpudrowe, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na końcach palców. Grubość w obszarze palców min. 0,10 mm, na dłoni min.  $0,07 \pm 0,01$  mm, na mankiecie min.  $0,06 \pm 0,01$  mm, spełniające normy EN 455, EN 420, EN 455, ATSM F 1671, EN388, EN 374 – 1 (z wył. pktu 5.3.2), 2, 3. Rękawice posiadające badania na min. 8 związków chemicznych wg EN 374-3 lub alternatywnej, w tym zasadę organiczną i nieorganiczną, kwas organiczny i nieorganiczny, w tym 33% formalinę i 70% izopropanol na min. 1 poziomie ochrony (raport jednostki niezależnej od producenta załączony do oferty) oraz min. 15 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Mitomycyny C i Metotrexatu, potwierdzone raportami z wynikami badań. (raport załączony do oferty), o poziomie AQL  $\leq 1.5$  potwierdzone raportem z wynikami badań, oznakowane podwójnie, jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III. Rozm. S, M, L, XL po max. 200 szt w op. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu, rękawice z możliwością pojedynczego wyjmowania. Opakowania pasujące do uchwytów naściennych z możliwością wyjmowania rękawic od frontu opakowania. Uchwyty naścienne mocowane pojedynczo lub w sekwencji po 3 lub więcej pasujące do wszystkich typów rękawic diagnostycznych stosowanych przez Zamawiającego, plastikowe o powierzchni gładkiej, umożliwiającej dezynfekcję, możliwość mocowania uchwytów na wytrzymałą taśmę, bez konieczności uszkodzenia ścian, a także do wózków mobilnych.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 47** Pakiet 181, poz. 2

Prosimy o dopuszczenie dozowników pasujących do rękawic oferowanych w poz. 1

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 48** Pakiet 182, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawic diagnostycznych nitylowych niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka, kolor niebieski, mikrotesturowane z dodatkową teksturą na palcach, grubość na palcu min. 0,13 ± 0,01 mm, na dłoni min. 0,08 mm, na mankiecie min. 0,05 mm, długość minimalna 300 mm, AQL < 1,5, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Siła zrywania min. 8,7 N potwierdzona raportem jednostki notyfikowanej. Dopuszczone do kontaktu z żywnością z adekwatnym piktogramem. Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 – 3 min. 16 substancji (poza cytostatykami) z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, w tym kwasy organiczne i nieorganiczne, zasady, alkohole i aldehydy. Odporne na działanie min. 12 cytostatyków, w tym Karmustyny, Winkrystyny, Thi-Tepa, Mitoxantronu i Metotrexatu (raporty z wynikami). Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk.

**Odpowiedź:**

Nie dopuszcza.

**Pytanie nr 49** Dot. Pakietu nr 16, poz. 12, 24.

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyłączy.

**Pytanie nr 50** Dot. Pakietu nr 22, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści spodnie do kolonoskopii z włókniny polipropylenowej w rozmiarze M, L, XL?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 51** Dot. Pakietu nr 172, poz. 1.

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

Rękawice lateksowe	M	2
Tupfer kula 17N	20x20cm	6
Pęseta metalowa anatomiczna	12 cm (+/-0,3)	1
Nożyczki chirur. metalowe oczne	11cm (+/-0,3)	1

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 52** do projektu umowy

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony? Odpowiedź na powyższe pytanie jest niezbędna do kalkulacji oferowanej ceny.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi gwarantowanego poziomu wykonania umowy.



**Pytanie nr 53** do projektu umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmiany zapisów w projekcie umowy §7 na:

„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

a) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niedostarczonych w terminie zamówionych towarów, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia,

b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, dotyczącego reklamowanych towarów, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł. za każdy dzień opóźnienia.”?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 54** pakiet nr 53, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nóż 1,15 mm (20G)?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 55** pakiet nr 53, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści nóż 15st?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 56** pakiet nr 53, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści nóż Crescent 2,5mm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 57** Pakiet 1 poz. 1 - 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, kolorowym oznaczeniem kaniuli, na opakowaniu jednostkowym fabrycznie nadrukowane prędkości przepływu, informacja na temat rozmiaru, bez-lateksowości, bez ftalanów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 58** Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 200 ml/min?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 59** Pakiet 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 64 ml/min?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 60** Pakiet 1 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kaniule o przepływie 38 ml/min?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 61** Pakiet 1 poz. 6

Czy Zamawiający oczekuje koreczków z trzpieniem poniżej jego krawędzi – zwiększa to aseptykę pracy?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wymaga, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 62** Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule do żył obwodowych dla noworodków i dzieci wykonanej z FEP. Zarówno FEP=teflon jak i PTFE= teflon?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 63** Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu ?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 64** Pakiet 4 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej pakowanej po 80 szt. z możliwością przeliczenia w formularzu asortymentowo- cenowym.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 65** Pakiet 4 poz. 11

Czy Zamawiający dopuści strzykawkę z końcówką typu Luer Lock ?

**Odpowiedź:**

Dopusci.

**Pytanie nr 66** Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki do podawania insuliny U-40 ze skalą 0,025ml ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje takiej strzykawki.

**Pytanie nr 67** Pakiet 5 poz. 1-2

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki do podawania insuliny U-100 ze skalą 0,01 ml, z dołączaną igłą iniekcyjną w rozmiarach 0,33x13 lub 0,5x16 mm (do wyboru Zamawiającego) ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie oczekuje takiej strzykawki.

**Pytanie nr 68** Pakiet 18 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania oraz aspiracji roztworów i leków z filtrem cząsteczkowym 5µm połączonego z filtrem bakteryjnym 1,2 µm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 69** Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści worki w kolorze żółtym ?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 70** Pakiet 18 poz.2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie rozmiaru używanych worków do żywienia pozajelitowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający używa worków 1000 ml i 1500 ml.

**Pytanie nr 71** Pakiet 43

Czy Zamawiający wymaga portu bezigłowego do połączenia kaniuli z możliwością podawania tłuszczów i chemioterapeutyków ?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, dopuszcza.

**Pytanie nr 72** Pakiet 43

Czy Zamawiający wymaga portu bezigłowego do połączenia kaniuli o przepływie 312 ml/min ?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga.

**Pytanie nr 73** Pakiet 43

Czy Zamawiający wymaga portu bezigłowego do połączenia kaniuli z membraną silikonową wewnętrzną ?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga.

**Pytanie nr 74** Pakiet 15, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści opakowanie po 15 lub 25 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza po 25 szt.

**Pytanie nr 75** Pakiet nr 16, pozycja 16

Czy zamawiający dopuści pakowane po 50 sztuk? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 76** Pakiet nr 16, pozycja 19, 20

Czy zamawiający wyłączy pozycje 19 i 20 z pakietu nr 16 i utworzy z nich oddzielne zadanie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyłączy.

**Pytanie nr 77** Pakiet nr 24, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści maksymalną średnicę do 30 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 78** Pakiet nr 24, pozycja 6

Czy zamawiający dopuści kształt okrągły o średnicy 50 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 79** Pakiet nr 24, pozycja 6

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „nośnik elektrody wyposażony w element do przygotowania naskórka”? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie odstąpi.

**Pytanie nr 80** Pakiet nr 34, pozycja 1

Czy zamawiający wyłączy pozycję 1 z pakietu nr 34 i utworzy z niej oddzielne zadanie? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie wyłączy.

**Pytanie nr 81** Pakiet nr 147, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pojemność 450 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuści.

**Pytanie nr 82** Pakiet nr 147, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści pojemnik wyposażony w 2 boczne porty? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 83** Pakiet nr 148, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści sztywne końcówki 22F? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 84** Pakiet nr 148, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści układ oddechowy czysty mikrobiologicznie zamiast sterylnego? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 85** Pakiet nr 148, pozycja 2

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie odstąpi.

**Pytanie nr 86** Pakiet nr 148, pozycja 3

Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 87** Pakiet nr 148, pozycja 5

Czy zamawiający dopuści długość 160 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 88** Pakiet nr 155, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści przestrzeń martwa 38 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 89** Pakiet nr 155, pozycja 1

Czy zamawiający dopuści waga 22 g? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 90** Pakiet nr 155, pozycja 4

Czy zamawiający dopuści długość 150 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 91** Pakiet nr 163, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści worek 280 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 92** Pakiet nr 163, pozycja 2

Czy zamawiający dopuści rezerwar tlenu 1600 ml? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 93** Pakiet 74 poz.1,2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie klipsów do klipsownicy laparoskopowej, opisanych w SIWZ wraz z kompatybilnymi klipsownicami w ramach umowy użyczenia na czas użytkowania klipsów.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 94** PAKIET NR 35

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania okularów ochronnych zakwalifikowanych jako sprzęt ochrony indywidualnej (PPE – personal protective equipment), kategoria II, zgodny z normą EN 166 oraz Dyrektywą WE 89/686/EEC?

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 95** PAKIET NR 35

Czy Zamawiający oczekuje okularów wyposażonych w zauszniki z wielostopniową regulacją kąta pochylenia szybki, oraz regulacją długości?

**Odpowiedź:**

Nie oczekuje, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 96** PAKIET NR 35

Czy Zamawiający wymagając zaoferowania okularów do zabiegów chirurgicznych oczekuje, aby posiadały one specjalną powłokę na szybkach o podwyższonej odporności na zarysowania, odpryski ciał stałych, zaparowanie oraz promieniowanie UV?

**Odpowiedź:**

Nie oczekuje, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 97** PAKIET NR 157, Poz. nr 1-11

zwracamy się o wyjaśnienie czy, celem jednoznacznego odróżnienia narzędzi jednorazowych od narzędzi wielorazowego użytku, Zamawiający oczekuje obustronnego oznakowania kolorystycznego naniesionego w sposób obszarowy?

**Odpowiedź:**

Nie oczekuje, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 98** PAKIET NR 180

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rękawiczek bez lateksowych wykonanych z syntetycznego poliizoprenu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

**Pytanie nr 99** PROJEKT UMOWY

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi proponowaną zmianę. W § 7 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostanie zastąpione słowem „zwłoka”.

**Pytanie nr 100** PROJEKT UMOWY

§ 7, ust. 2 - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i obniżenie ich wysokości w następującym zakresie:

- pkt a) - do kwoty 0,1% wartości niedostarczanego w terminie przedmiotu umowy
- pkt b) - do kwoty 0,1% wartości reklamowanego przedmiotu umowy
- pkt c) do kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy.

Uzasadnione jest aby kara umowna była naliczana od wartości niezrealizowanej części umowy/dostawy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, taka kara byłaby rażąco

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i naruszałaby zasadę proporcjonalności wyrażoną w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mając powyższe na uwadze, zwraca się z prośbą o obniżenie wysokości kar umownych oraz modyfikację zasad ich naliczania, jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 101**

Czy w Pakiecie nr 56 poz. 1 Zamawiający dopuści opaskę silikonową o wymiarach: 3x5mm o dł. 100mm LUB o wymiarach: 3x5mm o długości 80mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 102**

Czy w Pakiecie nr 57 Zamawiający dopuści barwnik w fiolkach o pojemności 0,5ml?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 103**

Czy w Pakiecie nr 131 poz. 1 Zamawiający dopuści rozwórkę dla wczesniaków o wym. 4mm?

**Odpowiedź:**

Nie. Według SIWZ.

**Pytanie nr 104**

Czy Zamawiający może zagwarantować realizację przedmiotu zamówienia na poziomie nie mniejszym niż 80% ilości wyszczególnionych w ofercie? Pozytywna odpowiedź na powyższe pytanie ma istotne znaczenie dla odpowiedniej kalkulacji oferowanej ceny. Zapewnieniem przestrzegania zasady uczciwej konkurencji będzie określenie przez Zamawiającego gwarantowanego poziomu zamówienia publicznego, który zostanie na pewno zrealizowany. Jak wskazano w Wyroku KIO z dnia 27 grudnia 2011 roku (KIO 2649/11): *„Zamawiający powinien opisać przedmiot zamówienia w taki sposób, aby wykonawcy nie mieli wątpliwości, jakie usługi, dostawy, roboty budowlane należy wykonać i jaki będzie ich zakres, tak aby spełniały oczekiwania Zamawiającego, a z drugiej strony aby wykonawcy mogli w sposób prawidłowy dokonać wyceny złożonych ofert (...)*

Zgodnie z poglądem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym m.in. w wyroku z dnia 18 czerwca 2010 r. KIO 1087/10, z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wynika obowiązek dokładnego określenia przez zamawiającego ilości zamawianych produktów; zamawiający nie jest zwolniony z tego obowiązku nawet, jeżeli nie jest w stanie przewidzieć dokładnych ilości zamawianych produktów oraz w wyroku z dnia 3.10.2014 r., KIO 1944/14: *„Dla zapewnienia uczciwej konkurencji przy kalkulowaniu ceny oferty konieczne jest określenie w sposób precyzyjny zakresu, jakiego prawo opcji dotyczy, oraz wskazanie tej części zamówienia, która będzie realizowana na pewno, oraz tej części, której realizacja będzie uzależniona od decyzji zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji”*.

W wyroku z dnia 7 maja 2014 r. KIO 809/14 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że „nie można zaakceptować postanowień umowy dających zamawiającemu całkowitą, nieograniczoną pod względem ilościowym i pozostającą poza wszelką kontrolą dowolność w podjęciu decyzji o zmniejszeniu zakresu dostaw będących przedmiotem zamówienia”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi gwarantowanego poziomu wykonania umowy.

**Pytanie nr 105**

Prosimy o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi zmianę.

**Pytanie nr 106**

Wnosimy o zmianę stanowiska Zamawiającego w kwestii liczenia kar umownych za odstąpienie od umowy od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej, krzywdzącym jest, aby Wykonawca, bądź Zamawiający ponosił ewentualną karę za prawidłowo zrealizowaną już wartość umowy. Pozwoli to również na dostosowanie wysokości kar do wartości przedmiotu umowy, co zgodne będzie z zasadami prawa w tym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi zmiany.

**Pytanie nr 107 dotyczy wzoru umowy:**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów do projektu umowy w § 7, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą.

*„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia netto pozostałego do zapłaty w zakresie części, której, odstąpienie dotyczy..”*

Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 353<sup>1</sup> KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi zmiany.

**Pytanie nr 108 dotyczy wzoru umowy**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy sformułowania, iż

***„Zamawiający będzie składał zamówienia według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być mniejsza niż 150 zł. netto”?***

Mając na względzie czynniki ekologiczne, chcielibyśmy dążyć do ograniczenia liczby opakowań, ilości listów przewozowych i faktur w formie papierowej. W związku z tym prosimy o ustanowienie minimalnej wartości zamówienia w kwocie 150 zł.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi ww. sformułowanie do umowy.

**Pytanie nr 109**

Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie poniższego zapisu do treści umowy:



*„W sytuacji, kiedy Zamawiający nie ureguluje należności w terminie, Wykonawca, po 2-krotnym wezwaniu Zamawiającego (w odstępie 14 dni) do zapłaty, ma prawo wstrzymać dostawy do Zamawiającego do czasu uregulowania należności”*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi zmiany.

**Pytanie nr 110**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym wyłącznie tych pakietów, na które będzie składana oferta?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pytanie nr 111**

W związku z obecnie (od 18.04.2019r) obowiązującymi przepisami pozwalającymi na stosowanie faktur elektronicznych (art. 2 pkt 32 oraz art. 106n ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług) oraz planowanym w sierpniu br. upowszechnieniem stosowania elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych dzięki obowiązkowi przyjmowania e-faktur przez Zamawiających (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/55/UE z 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych), zwracamy się z prośbą o wskazanie w umowie adresu e-mail, na który Wykonawca może przysyłać fakturę w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:**

Adres e-mail dla e-faktur to: [ksiegowosc@szpitalmegrez.pl](mailto:ksiegowosc@szpitalmegrez.pl)

**Pytanie nr 112 Pakiet 36, Pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści pojemniki wykonane z plastiku z przykrywą i rączką, szczelnie zamykane na zatrzaskowe uchwyty o pojemności 6L i wymiarach: 26cm x 20cm x 24cm, przeznaczone do transportu krwi do laboratorium, wielorazowego użytku, łatwe do utrzymania czystości i dezynfekcji, gładkie nie porowate, niesterylne.

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 113 Pakiet 1, poz. 6**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 114 Pakiet 1, poz. 6**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6 z pakietu 1. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli.

**Pytanie nr 115 Pakiet 1, poz. 3**

Czy zamawiający wydzieli poz.3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli.

**Pytanie nr 116** Pakiet 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 117** Pakiet 4, poz. 6

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock, j.uż., sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 118** Pakiet 4 ,poz. 7

Czy zamawiający dopuści strzykawkę cewnikowa 50(60)ml , ze stożkową końcówką ściętą usytuowaną centralnie, z jedną końcówką luer do opcjonalnego użycia, czytelną , jednostronną, czarną skalą nominalną i gumową blokadą tłoka, nietoksyczna, niepirogenna, jałowa, sterylizowana tlenkiem etylenu, cylinder i tłok wykonane z polipropylenu?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 119** Pakiet 4, poz. 9

Czy zamawiający dopuści strzykawkę trzyczęściową z rozszerzoną skalą 50/60 ml Luer Lock bursztynową, już, sterylne, pakowane indywidualnie, z czytelną, jednostronną skalą?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 120** Pakiet 4, poz. 6-9,11

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-9,11 z pakietu 4. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli.

**Pytanie nr 121** Pakiet 91, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 122** Pakiet 91, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 123** Pakiet 91, poz.2

Czy zamawiający wymaga wzierników pakowanych indywidualnie w opakowanie papier-folia|?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje jednostkowego opakowania i sterylnego wziernika. Dopuszcza papier-folia.

**Pytanie nr 124** Pakiet 104, poz. 1

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dorosłych o długości 245 mm , pole opisu 15 mm x 80 mm, długość części regulacyjnej 13,5 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

**Odpowiedź:**

Błąd pozycji. Opaski identyfikacyjne dla dorosłych znajdują się w poz. 2.

Zamawiający nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 125** Pakiet 104, poz. 2

Czy zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla dzieci o długości 170 mm , pole opisu 1,5 cm x 5,5 cm, , długość części regulacyjnej 9 cm, 13 zakresów regulacji, opaska zaopatrzona w kartonik do opisu danych pacjenta, pakowane po 100 szt, dostępne w kolorze białym, różowym, niebieskim, w części opisowej szerokość opaski 1,8 (+/- 1 mm), szerokość opaski w części służącej do zapięcia 1,2(+/-1 mm)?

**Odpowiedź:**

Błąd pozycji. Opaski identyfikacyjne dla dzieci znajdują się w poz. 1.

Zamawiający nie dopuści – opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 126** Pakiet 104, poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 127** Pakiet 105, poz.1

Czy zamawiający dopuści rozmiary okularków: rozmiar Regular **33-38** cm, „12,6 – 14,9” (obwód czołowo-potyliczny) rozmiar Preemie **26-32** cm, „10,4 – 12,6” (obwód czołowo-potyliczny) rozmiar Micro **20-25** cm, „7,87 – 10,4” (obwód czołowo-potyliczny)?

**Odpowiedź:**

Rozmiary i opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 128** Pakiet 105, poz.1

Czy zamawiający wymaga okularków bez lateksu ?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 129** Pakiet 105, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 130** Pakiet 40, poz.2

Czy zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1000 ml wykonany ze wzmocnionej folii, z podziałką, uchwytem do zawieszenia ok. 17 cm dł w formie elastycznego drenu o średnicy ok /5 mm, dren posiada zacisk rolkowy o wymiarze ok. 4 cm x 1,5 cm , worek na wydzieliny ok. 24,5 cm x 14 cm, dren posiada zakończenie obłe z dwoma otworami bocznymi, długość drenu ok. 106 cm i średnicy ok. 6 mm, komora dł. Ok. 10,5 cm i średnica ok. 2,7 cm, w zestawie rękawiczki PE, opatrunek włókninowy, saszetka środka myjącego?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 131** Pakiet 40, poz. 3-4

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 132** Pakiet 11, poz. 6-8

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 6-8 z pakietu 11. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji konkurencja będzie ograniczona do kilku konkurentów, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli.

**Pytanie nr 133** Pakiet 11, poz. 6

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa, trójpłaszczyznowo ścięta, wykonana ze wzmoczonego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej ,rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczepek na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier –folia, sterylizowany tlenkiem etylenu objętość komory kroplowej – 12,37 cm<sup>3</sup>, powierzchnia komory 36,52 cm<sup>2</sup>?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 134** Pakiet 11, poz. 6

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi z zaczepek na zacisku rolkowym, bez miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 135** Pakiet 11, poz. 6

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania krwi bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Nie wymagam, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 136** Pakiet 11, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój płaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 137** Pakiet 11, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolec igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 138** Pakiet 11, poz. 7

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Nie wymaga, ale dopuszcza.

**Pytanie nr 139** Pakiet 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorczą dwukanałową, trój płaszczyznową, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml+/-0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 140** Pakiet 11, poz. 8

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorczej, natomiast kolekcja igły biorczej posiada osłonę z tworzywa sztucznego?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 141** Pakiet 11, poz. 8

Czy zamawiający wymaga zaoferowania przyrządu do przetaczania płynów infuzyjnych bursztynowy bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 142** Pakiet 14, poz. 1

Czy zamawiający dopuści sprzęt sterylny?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 143** Pakiet 14, poz. 5

Czy zamawiający dopuści cewnik typu wąsy o długości min. 200 cm?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 144** Pakiet 16, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 145** Pakiet 16, poz. 8

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 146** Pakiet 16, poz. 13

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 147** Pakiet 16, poz. 14

Czy zamawiający oczekuje maszynki jednostrzowej typu galant?

**Odpowiedź:**

Oczekuje zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 148** Pakiet 16, poz. 14

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 149** Pakiet 16, poz. 16

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 150** Pakiet 16, poz. 12,15,18-21,23-24

Czy zamawiający wydzieli poz.12,15,18-21,23-24 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli.

**Pytanie nr 151** Pakiet 17, poz. 1

Czy zamawiający dopuści stażę bezlateksową, wykonana z rozciągliwego paska TPE. Bezlateksowy materiał chroni przed reakcjami alergicznymi i podrażnieniami skóry. pakowaną w rolce w odcinkach o długości 47 cm po 25 szt. w kartonik z podajnikiem, rolce z nadrukowaną fabrycznie instrukcją obsługi na opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza.

**Pytanie nr 152** Pakiet 22, poz. 2

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 153** Pakiet 22, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 154** Pakiet 22, poz. 1

Czy zamawiający dopuści medyczne spodenki do kolonoskopi , w rozmiarze uniwersalnym, wykonane z włókniny polipropylenowej, z wycięciem z tyłu?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 155** Pakiet 29, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 16cm x 26 cm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 156** Pakiet 29, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompres żelowy o wymiarach 13cm x 14 cm?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 157** Pakiet 79, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na uchwyt lampy o poniższych właściwościach:

- Wysokość samego uchwytu: 8 cm
- Wysokość całkowita: 8,5 cm
- Średnica otworu: 3 cm
- Średnica kołnierza: 13 cm

Pakowane są pojedynczo, podwójnie lub po trzy sztuki w jednym sterylnym opakowaniu, opakowanie karton 60szt?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 158** Pakiet 22, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści majtki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym wykonane z włókniny polipropylenowej?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 159** Pakiet 22, pozycja 1


Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze L i XL wykonane z włókniny SMS?

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 160** Pakiet 22, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści śliniaki wykonane z 3 warstw (papier, papier, folia), pakowane a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań?



**Odpowiedź:**

Opis Zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 161** Pakiet nr 172

Czy Zamawiający dopuści plastikową pęsetę o długości 13cm?

**Odpowiedź:**



Tak dopuści.

**Pytanie nr 162** Pakiet nr 172

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier-folia wraz z dodatkowo dołączonymi do zestawu miseczką 120ml na płyn dezynfekujący oraz nerką z pulpy celulozowej 700ml służącą jako pojemnik na odpadki?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Pytanie nr 163** Pakiet 4, pozycje 1 - 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą rozszerzoną o min. 10%?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 164** Pakiet 4, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'70 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 165** Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki do TBC z dobrze widoczną skalą co 0,05ml?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 166** Pakiet 4, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowane a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 167** Pakiet 7, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści igły do nakłuć lędźwiowych 22G (0,7 x 90mm)?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 168** Pakiet 8, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw infuzyjny w opakowaniu folia-papier?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 169** Pakiet 8, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze automatyczne 1,0mm?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 170** Pakiet 9, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do pobierania leków 1,2x30mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 171** Pakiet 11, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści przedłużacz o długości 45cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 172** Pakiet 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści biuretę do infuzji o pojemności 150ml?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 173** Pakiet 11, pozycje 6, 7

Czy Zamawiający dren min. 150cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 174** Pakiet 11, pozycje 8

Czy Zamawiający dren min.145cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 175** Pakiet 13, pozycje 11, 25, 41

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji.

**Pytanie nr 176** Pakiet 13, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści cewnik Pezzer o długości 400mm dostępny w wersji silikonowanej?

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 177** Pakiet 13, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane z 100% silikonu, rozmiary: Ch18, Ch 20, Ch 24 o długości 50cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 178** Pakiet 13, pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne wykonane z 100% silikonu, rozmiary: Ch26, Ch27 , Ch30, Ch33, Ch36 dostępne w wersji z sześcioma otworami, długość 50cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 179** Pakiet 13, pozycja 18

Czy Zamawiający dopuści dreny T-Kehr wykonane z silikonu, o długości ramion 45cm x 9cm x 9cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 180** Pakiet 13, pozycje 29 - 30

Czy Zamawiający dopuści zgłębniki żołądkowe z 4 otworami bocznymi?

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 181** Pakiet 13, pozycje 42

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya o długości roboczej 20 i 40cm w zależności od rozmiaru, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 182** Pakiet 14, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści maski sterylne?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 183** Pakiet 14, pozycje 6 - 7

Czy Zamawiający dopuści sterylne dreny tlenowe?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 184** Pakiet 16, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 185** Pakiet 16, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści worki na mocz sterylne z drenem 90cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 186** Pakiet 16, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści szkiełka w rozmiarze 76 x 25mm, pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości na 20 opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 187** Pakiet 16, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści szczotki o średnicy 12mm?

**Odpowiedź:**

Dopuści.

**Pytanie nr 188** Pakiet 16, pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści rękawice foliowe z podziałem: damskie i męskie?

**Odpowiedź:**

Dopusći.

**Pytanie nr 189** Pakiet 16, pozycja 12, 13, 15, 17, 19, 20, 23, 24

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wydzieli ww. pozycji.

**Pytanie nr 190** Pakiet 16, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści worki na wymiociny z tekturowym sztywnym kołnierzem?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 191** Pakiet 16, pozycja 21

Czy Zamawiający dopuści aparatu pokazujące przepływ 600/900/1200?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 192** Pakiet 40, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z Dren o długości 115 cm z zaciskiem przesuwным zakończony atraumatycznym otworem i jednym otworem bocznym?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 193** Pakiet 63, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena wykonane z silikonu w rozmiarach CH 18 i CH 20?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 194** Pakiet 91, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści preparat w aerozolu o poj. 200ml?

**Odpowiedź:**

Dopusći.

**Pytanie nr 195** Pakiet 104, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści opaski zróżnicowane kolorystycznie: dla dziewczynek różowe i dla chłopców niebieskie?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 196** Pakiet 104, pozycje 1 - 2

Czy Zamawiający dopuści opaski nieprzezroczyste, z przezroczystym okienkiem?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 197** Pakiet 105, pozycje 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w rozm. 29-35,5cm, 31-375cm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 198** Pakiet 105, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści okulary do fototerapii w op.a'1szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 199** Pakiet 155, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr dla dorosłych o objętości oddechowej 300-1500ml, przestrzeni martwej 45ml, oporze 1,3 hPa przy 30 l/min, wadze 29g?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 200** Pakiet 155, pozycja 2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pytanie nr 201** Pakiet 155, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści sterylny łącznik typu martwa przestrzeń o długości 150mm?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 202** Pakiet 179, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o zawartości protein  $\leq 83\mu\text{g/g}$ ?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 203** Pakiet 179, pozycja 4

Czy na potwierdzenie zgodności z normą EN455 Zamawiający dopuści Deklarację Zgodności producenta lub raport z badań jednostki niezależnej, które są równoważne dla Certyfikatu Jednostki Notyfikowanej?

**Odpowiedź:**

Zgodnie z SIWZ.

**Pytanie nr 204** Pakiet 179, pozycja 7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji z pakietu, co umożliwi złożenie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pytanie nr 205** Pakiet 179, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rękawice polimerowane obustronnie, w warstwie wewnętrznej zawierające żel aloesowy, który pielęgnuje i nawilża skórę, trójwarstwowe (polimer-lateks-polimer)?

Pragniemy nadmienić, że zastosowanie innowacyjnej technologii polimerowania DHD daje jednorodne pokrycie, a hydrofobowa warstwa polimerowa m.in. stanowi skuteczną barierę, zapobiegającą występowaniu objawów uczulenia na lateks.

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 206** Pakiet 179, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców, wewnątrz chlorowane, spełniające normę 374, przebadane pod kątem odporności na przenikanie substancji chemicznych (etanol 70%, alkohol izopropylowy 70%) lecz bez informacji o barierowości na opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 207** Pakiet 179, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach XS-L a'200 oraz XL a'180, z przeliczeniem na ilość 9500 opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 208** Pakiet 181, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice w opakowaniach XS-L a'250 oraz XL a'240, z przeliczeniem na ilość 4500 opakowań?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pytanie nr 209** Pakiet 182, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu  $0,17 \pm 0,02$  mm, na dłoni  $0,14 \pm 0,02$  mm oraz z siłą zrywu po starzeniu min 11,0 N?

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 210** Pakiet 181. Poz. 1

Czy Zamawiający dopuści równoważne rękawice diagnostyczne, nitylowe, bezpydrowe, z rolowanym mankietem, o grubościach na palcu  $0,12 \pm 0,02$  mm, na dłoni  $0,07 \pm 0,02$  mm, na mankiecie  $0,06 \pm 0,02$  mm, z teksturą na końcach palców, w kolorze jasnoniebieskim, chlorowane od wewnątrz, bez warstwy polimerowej od strony roboczej, przebadane pod kątem odporności na 96% kwas siarkowy (poziom 0), 40% wodorotlenek sodu (poziom 6), n-heptan (poziom 5), pakowane XS-L w opakowaniu a'250 oraz XL w opakowaniu a'240, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 211** Pakiet nr 14 – SPRZĘT DO TLENOTERAPII

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski do podawanie tlenu z drenem, wykonane z polipropylenu, bez zacisku na nos.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 212** Pakiet nr 14 – SPRZĘT DO TLENOTERAPII

poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dren tlenowy jednorazowego, użytku, niesterylny, łączący resuscytator ręczny z reduktorem medycznym butli tlenowej, o długości 400 cm.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 213** Pakiet nr 105 - okularki

Czy w celu zapewnienia najlepszej ochrony Zamawiający oczekuje - Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, co jest poparte przez niezależne badania, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka. Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się do główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na ułożenie okularków na główce dziecka, w rozmiarze .

Dostępne w trzech rozmiarach - Noworodki 30 – 38 cm, Wcześniejsi 24 – 33 cm, Mikro – 20-28 cm

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 214** Pakiet nr 107 - AKCESORIA DO INKUBATORA

Czy zamawiający w poz. 4 pakietu 107 wymaga Czujnik do skóry dziecka do inkubatora OHMEDA typ GIRAPHE, pakowany pojedynczo wielorazowego użytku czy dedykowany dla 1 pacjenta?

**Odpowiedź:**

Pakowany pojedynczo wielorazowego użytku.

**Pytanie nr 215** Pakiet nr 114 – akcesoria do urządzeń do resuscytacji

poz. 2

Jakiej pojemności worek oczekuje Zamawiający?

**Odpowiedź:**

Objętość około 20 ml.

**Pytanie nr 216** Pakiet nr 114 – akcesoria do urządzeń do resuscytacji

poz. 3

Prosimy o określenie czy maski mają być jedno czy wielorazowe.

**Odpowiedź:**

Wielorazowe.

**Pytanie nr 217** Pakiet nr 148 – sprzęt do użytku na oddziale OAiT

poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zamkniętych systemów do odsysania bez możliwości wykonywania bronchoskopii.

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pytanie nr 218** Pakiet nr 161 - Akcesoria do Datex – Ohmeda

Prosimy o podanie rodzaju i koloru wejścia: Okrągły czy prostokątny w monitorze wymaganego kompletu kabli do EKG?

**Odpowiedź:**

Wejście do kardiomonitora CCC 5/5 – okrągłe szare.

**Pytanie nr 219** Pakiet nr 162 - Akcesoria do Datex – Ohmeda

Do poz. Nr 1 : Prosimy o podanie rodzaju i koloru wejścia: Okrągły czy prostokątny w monitorze wymaganego kompletu kabli do EKG?

**Odpowiedź:**

Wejście do kardiomonitora CCC 5/5 – okrągłe szare.

**Pytanie nr 220** Pakiet nr 165 - Akcesoria do aparatu do znieczulenia Fabius Tiro

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie z pak. 165 pozycji 7 - Czujnik do pomiaru saturacji w technologii Masimo LNCS, wielorazowego użytku, na palec, dla dorosłych, kompatybilny z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami firmy Dräger i utworzenie z niej osobnego pakietu – to pozwoli na złożenie oferty przez autoryzowanego dystrybutora oryginalnych czujników w technologii MASIMO SET.

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pytanie nr 221** Pakiet nr 165 - Akcesoria do aparatu do znieczulenia Fabius Tiro

Czy w poz. Nr 7 Zamawiający oczekuje czujnika wykonanego w technologii Masimo SET?

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pytanie nr 222** Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2a) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,1% wartości brutto opóźnionej dostawy, za każdy dzień opóźnienia w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia”,

**Odpowiedź:**

Nie dokonamy proponowanych zmian w treści umowy.

**Pytanie nr 223** Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2b) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 0,1% wartości reklamowanego sprzętu, za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień opóźnienia”,

**Odpowiedź:**

Nie dokonamy proponowanych zmian w treści umowy.

**Pytanie nr 224** Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o modyfikację §7 ust. 2c) wzoru umowy w następujący sposób: „w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej części danego pakietu, w przypadku rozwiązania umowy na określony pakiet, bez wypowiedzenia przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca”

**Odpowiedź:**

Nie dokonamy proponowanych zmian w treści umowy.

**Pytanie nr 225** Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu §4 ust. 7 wzoru umowy poprzez dodanie zdania o następującym brzmieniu „z zastrzeżeniem, że ograniczenie zamówień asortymentu



*będącego przedmiotem niniejszej umowy nie będzie większe niż 20% wartości/ ilości asortymentu wskazanego w niniejszej umowie.”*

**Odpowiedź:**

Nie dokonamy proponowanych zmian w treści umowy.

**Pytanie nr 226** Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie zapisów §5 ust. 8 wzoru umowy.

**Odpowiedź:**

Nie dokonamy proponowanych zmian w treści umowy.

**Pytanie nr 227**

Prosimy o modyfikację §11 wzoru umowy w następujący sposób: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

**Odpowiedź:**

Nie dokonamy proponowanych zmian w treści umowy.

**Pytanie nr 228** Dotyczy pakietu 150, poz. 1

Prosimy o dopuszczenie czujnika z kablem o długości 1 metra. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy.

**Pytanie nr 229** Dotyczy pakietu 150, poz. 9

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z czujnikiem wymaganych przy dostawie czujników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 10 kabli łączących.

**Pytanie nr 230** Dotyczy pakietu 150, poz. 10

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z cewnikiem wymaganych przy dostawie cewników.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 5 kabli łączących.

**Pytanie nr 231** Dotyczy pakietu 150, poz. 11

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z mankietem przy dostawie mankietów

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 15 kabli łączących.

**Pytanie nr 232** Dotyczy pakietu 150, poz. 12

Prosimy o podanie ilości kabli łączących kardiomonitor z mankietem przy dostawie mankietów.

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje 10 kabli łączących.

**Pytanie nr 233** Dotyczy pakietu 178, poz. 1

Prosimy o informacje jakie złącze do czujnika ma kardiomonitor Valmed 4000. Czy jest to złącze jak na zdjęciu poniżej?



**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 234** Dotyczy pakietu 178, poz. 2

Prosimy o informacje czy Zamawiający oczekuje mankietów ze złączem typu bolec?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 235** Dotyczy pakietu 122, poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje czujników pracujący w technologii FAST czy MASIMO. Jeśli w technologii MASIMO prosimy o podanie typu złącza.

**Odpowiedź:**

Typ złącza jak na obrazku z pytania nr 233.

**Pytanie nr 236** Dotyczy pakietu 122, poz. 4

Czy Zamawiający oczekuje kabla ze złączem w kształcie litery D 8-PIN (jak na zdjęciu powyżej) czy ze złączem okrągłym 19 PIN.

**Odpowiedź:**

Jak na zdjęciu z pytania nr 233.

**Pytanie nr 237** Dotyczy pakietu 122, poz. 4

Prosimy o dopuszczenie kabla połączeniowego wraz z osobno pakowanym kablem - adapterem.

**Odpowiedź:**

Według SIWZ.

**Pytanie nr 238** Dotyczy pakietu 122, poz. 5

Czy Zamawiający oczekuje czujników pracujący w technologii FAST czy MASIMO. Jeśli w technologii MASIMO prosimy o podanie typu złącza.

**Odpowiedź:**

Oczekuje czujnika Nellcor.

**Pytanie nr 239** Dotyczy zapisów umowy – zał. nr 4 do SIWZ, par. 7 ust. 2

Prosimy o określenie kar umownych od wartości towaru dostarczonego ze zwłoką.

**Odpowiedź:**

Nie wyrażamy zgody.

**Pytanie nr 240** dotyczy wymagań Zamawiającego – zapisy rozdz. V, 1, 2) c) SIWZ w zakresie Pakietów nr 53 oraz 54:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykazanie się realizacją dostaw ogólnie materiałów oraz sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku stosowanego do zabiegów okulistycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na realizację dostaw zgodną z opisem przedmiotu zamówienia wskazana w SIWZ.

**Pytanie nr 241** dotyczy zapisów SIWZ rozdz. VI, 13. h):

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga materiały wymienione w pkt. VI, 13.

h) **do wyboru przez Wykonawcę**, tj. katalogi lub foldery lub ulotki (...) potwierdzające zgodność wszystkich parametrów?

**Odpowiedź:**

Zamawiający oczekuje, aby Wykonawca przesłał wszystkie informacje potwierdzające zgodność zaoferowanych produktów z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.

**Pytanie nr 242** dotyczy zapisów SIWZ pkt. X, 1. 1) w zakresie Pakietów nr 53 oraz 54:

Czy Zamawiający może potwierdzić, że **nie wymaga** podania w formularzu ofertowym (dodania przez Wykonawcę) informacji, tj.: zobowiązania dotyczącego terminu wykonania usługi, czasu reakcji serwisu, okresu gwarancji na wykonaną usługę dla Pakietów nr 53 oraz 54?

Załącznik nr 2 formularz oferty nie zawiera powyższych informacji. Przedmiotem zamówienia są dostawy a nie usługi. Ponadto oferowane w Pakietach nr 53 oraz 54 wyroby medyczne nie podlegają serwisowi, w związku z tym uprzejmie proszę o pozytywną odpowiedź tak, aby Wykonawca mógł złożyć ofertę w niniejszym postępowaniu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, iż w załączniku nr 2 nie wymaga podania informacji dot. usługi. SIWZ w pkt. X . 1. 1) zostanie poprawiona. Prawidłowe informacje, które należy podać w załączniku nr 2 to: termin wykonania zamówienia, termin realizacji dostawy oraz termin ważności asortymentu.

**Pytanie nr 243** dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 53, poz. 1:

Czy zamawiający ma na myśli nóż o zagięciu 15 stopni do ciecia rogówkowego czy nóż o szerokości 1,2 mm do ciecia rogówkowego?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 244** dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 53, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania w tej pozycji noża CRESCENT o szerokości ostrza 2,3mm?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 245** dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 53, poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści opakowania handlowe zawierające 6 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 246** dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 54, poz. 1:  
Czy Zamawiający dopuści opakowanie handlowe zawierające 6 sztuk w opakowaniu?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 247** dotyczy opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie nr 54, poz. 2:  
Czy Zamawiający dopuści kable do diatermii **wielokrotnego użytku niesterylne**?  
Wyroby medyczne wielokrotnego użytku są wyrobami niesterylnymi.

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 248** dotyczy zapisów wzoru umowy:  
Zwracam się z prośbą o wykreślenie §2 ust. 2 zd. 2 projektu umowy.

Uzasadnienie:

- w ocenie Wykonawcy okres obowiązywania umowy jest na tyle istotnym jej postanowieniem, że żadna ze stron nie powinna decydować o jego wydłużeniu bez udziału (zgody) drugiej strony; decyzja co do ewentualnego wydłużenia terminu obowiązywania umowy powinna być podjęta przez strony wspólnie w drodze stosownego pisemnego aneksu, celem zapewnienia możliwości realizacji przez Wykonawcę dostaw na okres nieobjęty umową w pierwotnym brzmieniu

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi zmianę przewidującą przedłużenie obowiązywania umowy w drodze pisemnego aneksu.

**Pytanie nr 249** dotyczy zapisów wzoru umowy:  
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §2 ust. 3 i §3 ust. 2 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Wykonawca gwarantuje, że w trakcie trwania umowy ceny **netto** nie ulegną podwyższeniu.”*

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na zmianę stawki VAT, która wynika z przyjęcia odpowiednich przepisów podatkowych, w związku z czym Wykonawca prosi o doprecyzowanie, że niezmiennosc cen dotyczy wyłącznie ceny netto, a nie ceny brutto;

- Przyznanie Zamawiającemu prawa do korzystania z promocji i upustów stoi w istotnej sprzeczności ekonomicznej z interesem Wykonawcy. Cena ofertowa jest bowiem kalkulacją uwzględniającą prognozę zarówno obniżek jak i podwyżek cen w taki sposób, aby zapewnić Wykonawcy rentowność

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany. Stosowne zapisy znajdują się w umowie oraz w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

**Pytanie nr 250** dotyczy zapisów wzoru umowy:  
Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 4 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie netto pozostanie w wysokości określonej w ust. 1. W takiej sytuacji zmiana cen następuje w dniu wejścia w życie odpowiedniego rozporządzenia lub ustawy, **bez konieczności** podpisania przez Strony aneksu zmieniającego w zakresie wiążącej je stawki podatku od towarów i usług.”*

Uzasadnienie:

- Wykonawca nie ma żadnego wpływu na zmianę stawki VAT, która wynika z przyjęcia odpowiednich przepisów podatkowych, w związku z czym zmiana wynagrodzenia spowodowana zmianą stawki VAT powinna być stosowana przez strony od dnia obowiązywania nowych stawek bez konieczności zawierania pisemnego aneksu do umowy. Podatek od towarów i usług jest daniną publiczną, której Wykonawca jest jedynie płatnikiem. Proszę też mieć na względzie, że Wykonawca nie może wystawić faktury z nieobowiązującą stawką;

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi proponowanej zmiany.

**Pytanie nr 251** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §3 ust. 5 w następującym brzmieniu oraz o dodanie pkt 9-10) w ww. ustępie w brzmieniu:

*„Wynagrodzenie może ulec waloryzacji w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne **a także w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych według następujących zasad:***

**9) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie z uwzględnieniem sumy wzrostu kosztów realizacji zamówienia wynikającą z wpłat do pracowniczego planu kapitałowego dokonanych przez Wykonawcę,**

**10) Wykonawca w pisemnym wniosku wykaże wartość wzrostu kosztu, o którym mowa w pkt 9, przedstawiając stosowną kalkulację”.**

Uzasadnienie:

- propozycja zmiany jest podyktowana treścią przepisu art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: *Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: (...) 4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.* Umowa w obecnym brzmieniu nie spełnia ww. wymogu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi zmianę do umowy.

**Pytanie nr 252** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 5 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający zastrzega sobie prawo do składania zamówień bez ograniczeń co do zakresu i ilości dostaw częściowych oraz do niezłożenia zamówienia na pełny zakres asortymentu, **jednakże jest zobowiązany do zamówienia wyrobów o wartości minimum 80% wartości netto umowy i w takim zakresie Wykonawcy przysługuje roszczenie o realizację umowy.**”*

Uzasadnienie

- Zamawiający powinien wskazać pewien minimalny poziom zamówień, który zrealizuje bez względu na okoliczności. W przeciwnym wypadku Wykonawca nie może ocenić opłacalności przedsięwzięcia, racjonalnie skalkulować ryzyka i przedłożyć rzetelnej oferty, korzystnej dla obu stron. Wykonawca powinien również mieć zagwarantowane roszczenie o realizację umowy we wskazanym zakresie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany.

**Pytanie nr 253** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie §4 ust. 7 projektu umowy.

Uzasadnienie:

- Proponowana zmiana jest konsekwencją zmiany zaproponowanej do treści §4 ust. 5 umowy

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany.

**Pytanie nr 254** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §4 ust. 11 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W razie zaistnienia sytuacji problematycznych, np. opóźnień w dostawach lub ewentualnych brakach towaru na rynku, Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego niezwłocznie, nie później niż w dniu poprzedzającym planowaną dostawę, do godz. 15.00, pod rygorem uznania, że pozostaje w **opóźnieniu** z daną dostawą.”*

Uzasadnienie:

- Pod pojęciem „opóźnienia” rozumie się każde nieterminowe świadczenie, nawet jeżeli opóźnienie nastąpiło z winy drugiej strony lub działania osoby trzeciej. Mianem „zwłoki” określa się z kolei nieterminową realizację obowiązku, gdy sytuacja ta powstała z wyłącznej winy danej strony umowy. Wykonawca nie ma wpływu na wszystkie potencjalne okoliczności związane z brakiem możliwości terminowej realizacji dostaw, wobec czego Wykonawca prosi o zmianę wskazanej powyżej treści na „opóźnienie” w miejsce „zwłoki”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany.

**Pytanie nr 255** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §5 ust. 3 zd. 1 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie przyjęcia przedmiotu umowy, że dostarczony przedmiot umowy nie posiada oznakowania określonego w §5 ust. 1, stwierdzenia braków ilościowych w stosunku do zamówienia częściowego, niezgodności dostarczonego przedmiotu umowy z opisem zawartym w Załączniku nr 1 lub innych wad – Zamawiający zgłosi to Wykonawcy, który nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia uzupełni braki ilościowe w przedmiocie umowy lub, w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zakwestionowanego przedmiotu umowy wymieni przedmiot umowy na nieposiadający wad.”*

Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o wydłużenie terminu na uzupełnienie braków ilościowych w przedmiocie umowy lub wymianę przedmiotu umowy na nieposiadający wad do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 256** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §5 ust. 6 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Jeżeli w trakcie zastosowania przedmiotu umowy w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych ujawnią się wady, Zamawiający zgłosi reklamację Wykonawcy, który ją rozpatrzy w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem i w przypadku uznania reklamacji Zamawiającego za zasadną wymieni reklamowany przedmiot umowy na nieposiadający wad lub poinformuje Zamawiającego o powodach nieuznania reklamacji.”*

Uzasadnienie:

- Wykonawca prosi o wydłużenie terminu na rozpatrzenie reklamacji do 7 dni roboczych.

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 257** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o wykreślenie z projektu umowy §5 ust.8.

Uzasadnienie:

- zgodnie z treścią art. 563 §1 kodeksu cywilnego: *Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.* Powyższa zasada odnosi się do obrotu profesjonalnego, tj. odbywającego się między przedsiębiorcami. W takim wypadku ustawodawca przewidział mniej restrykcyjne reguły odpowiedzialności sprzedającego, przenosząc na kupującego obowiązek zbadania rzeczy. Wykonawca prosi, by ww. regulacja znalazła zastosowanie do stosunku prawnego powstałego wobec zawarcia umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany.

**Pytanie nr 258** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Alternatywnie, w przypadku niewyrażenia przez Zamawiającego zgody na ww. zmianę, zwracam się z prośbą o przyjęcie §5 ust.8 projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał przedmiotu dostawy w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru i nie zawiadomił Wykonawcy w ww. terminie o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Wykonawcy w ww. terminie licząc od daty jej wykrycia.”*

Uzasadnienie:

- uprzejmie odsyłam do uzasadnienia przedstawionego powyżej

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dokona zmiany.

**Pytanie nr 259** dotyczy zapisów wzoru umowy:

Zwracam się z prośbą o przyjęcie §7 ust. 2 lit. a)-c) projektu umowy w następującym brzmieniu:

*„Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:*

- a) *w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki w realizacji dostaw częściowych danego pakietu z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień zwłoki i nie może łącznie przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia netto należnego za wykonanie umowy,*

- b) w wysokości 0,1% wynagrodzenia **netto**, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy dotyczącego pakietu, na którego przedmiot umowy została złożona reklamacja, za każdy dzień **zwłoki** w rozpatrzeniu reklamacji z zaznaczeniem, iż kara umowna nie może być mniejsza od 10,00 zł za każdy dzień **zwłoki** i **nie może łącznie przekroczyć 5% wartości wynagrodzenia netto należnego za wykonanie umowy**,
- c) w wysokości 5% wynagrodzenia **netto**, określonego w §3 ust.1 niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.”

Uzasadnienie:

- Pod pojęciem „opóźnienia” rozumie się każde nieterminowe świadczenie, nawet jeżeli opóźnienie nastąpiło z winy drugiej strony lub działania osoby trzeciej. Mianem „zwłoki” określa się z kolei nieterminową realizację obowiązku, gdy sytuacja ta powstała z wyłącznej winy danej strony umowy. Zasadnym jest więc, aby kary umowne były zastrzeżone na okoliczność zwłoki, czyli opóźnienia zawnionego przez Wykonawcę;
- Brak górnego limitu naliczania kar umownych może spowodować, że będą one rosnąć „w nieskończoność”. W takiej sytuacji kara umowna nie będzie już substratem odszkodowania, ale będzie prowadziła do wzbogacenia się Zamawiającego kosztem Wykonawcy – ewentualna szkoda będzie niższa niż suma kar umownych;
- Zwracam się z prośbą o rozważenie naliczania kar umownych od wartości netto, a nie brutto. To wartość netto określa wysokość zobowiązania, podatek od towarów i usług składający się na wartość brutto jest tylko daniną publiczną;
- Wykonawca prosi, by kara umowna została obniżona do 5% wartości wynagrodzenia netto za wykonanie przedmiotu umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wprowadzi częściowo proponowane zmiany, tj.:

1. słowo „opóźnienie” zostanie zastąpione słowem „zwłoka”,
2. kary umowne naliczane będą od kwoty netto wynagrodzenia a nie od kwoty brutto.

W pozostałym zakresie Zamawiający nie dokona proponowanych zmian.

**Pytanie nr 260** Dotyczy pakietu 52 i 96

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 10 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 261**Dotyczy pakietu 52 i 96

Czy Zamawiający w ramach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu poprzez wykazanie zdolności technicznej lub zawodowej, uzna za spełniony warunek jeżeli Wykonawca przedłoży co najmniej 1 dostawę sprzętu medycznego o wymaganej wartości dla każdego pakietu na który Wykonawca składa ofertę?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę na co najmniej 1 dostawę zgodną z opisem przedmiotu zamówienia oraz wartości wskazanej w SIWZ.

**Pytanie nr 262** w zakresie Pakietu Nr 160:

Czy Zamawiający dopuści możliwość oferowania w poz. 3 opaski zaciskowej podwójnej zgodnie z wymaganymi parametrami, kompatybilnej z podwójnym zasilaczem zamiast z pojedynczym?



**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 263**

Czy Zamawiający zmieni termin dostawy z 3 dni na 14 dni (§4 ust. 9 i 13 wzoru umowy oraz w pkt. 10 Rozdz. X SIWZ oraz pkt 2 Formularza ofertowego - zał. Nr 2 do SIWZ) - dot. Pakietu 160?

Biorąc pod uwagę to, iż Zamawiający zakłada, że nie zrealizuje pełnego zakresu asortymentu oraz nie jest w stanie z góry określić terminów zamówienia wnosimy o wydłużenie terminu dostawy. Ze względu na charakter przedmiotu zamówienia sprzedający zmuszony jest wykonać przedmiot umowy na specjalne zamówienie. W sytuacji kiedy zamówiony asortyment będzie dostępny na stanie magazynowym w momencie złożenia zamówienia dostawa będzie zrealizowana niezwłocznie.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 264**

Czy Zamawiający w §5 ust. 1 i 2 umowy oraz w pkt. 3 formularza oferty odstąpi od wymogu posiadania i oznakowania przedmiotu umowy datą ważności w przypadku wyrobów niesterylnych dot. pakietu nr 160? Obowiązujące przepisy określają jakie produkty mają mieć określoną datę ważności,

z uwagi na powyższe wnosimy jak na wstępie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający odstąpi w przypadku wyrobów niesterylnych.

**Pytanie nr 265**

Czy Zamawiający zmieni §7 :

- a. ust. 2 lit. a „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na w wysokości „0,2% wartości niedostarczonego towaru”,
- b. ust. 2 lit. b „0,1% wynagrodzenia brutto , określonego w §3 ust. 1(...) nie może być mniejsza od 10 zł” na „0,2% wartości reklamowanego towaru”?

Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej.

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Należy zauważyć, iż kara umowna, tracąc charakter surogatu odszkodowania (art. 483 §1 k.c.) prowadziłaby do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela (wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn. akt IV CR 58/88). Warto dodać, iż zgodnie z ustawą Kodeks cywilny kara umowna ma charakter odszkodowawczy, a nie prewencyjny. Ustalając wysokość kar umownych strony powinny brać pod uwagę jej zasadniczo kompensacyjny charakter. Tezę taką wyrażono w wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. (sygn. akt UZP/ZO/0-1030/07): „W zakresie zarzutu dotyczącego wysokości kar umownych Zespół Arbitrów zauważa, iż zgodnie z kodeksem cywilnym kara umowna ma charakter odszkodowawczy, kompensacyjny a nie prewencyjny jako silny środek oddziaływania na niesolidnych wykonawców, zapewniający należyte wykonanie umowy”. Obecne zapisy SIWZ nie oddają charakteru odszkodowawczego tej instytucji prawa cywilnego.

W rozumieniu art. 484 §1 k.c. (vide: wyrok SN z 20 maja 1980 r., sygn. akt I CR 229/80, OSNC 1980/12/243). Należy pamiętać, iż zastrzeżenie kary umownej podlega kontroli ze względu na ogólne zasady dotyczące treści czynności prawnych (art. 58 k.c.), jak i zakresu swobody stron w

zakresie kształtowania stosunku prawnego (art. 353<sup>1</sup> k.c.). W konkretnych okolicznościach żądanie kary umownej może zostać uznane za sprzeczne z tymi zasadami.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi zmiany.

**Pytanie nr 266**

Czy Zamawiający doda zapis w §9 ust. 3, że odstąpienie od umowy przez Zamawiającego będzie poprzedzone wezwaniem Wykonawcy do realizowania umowy zgodnie z zawartymi w umowie postanowieniami, oraz dookreśli w §9 ust. 1 lit. a iż termin pięciokrotnego niedotrzymania terminu odnosi się do kolejnych dostaw, a nie całego okresu umowy ?

Obecny zapis umowy może powodować uprzywilejowanie jednej ze stron umowy co może być niezgodne

z zasadami społeczno – gospodarczym określonymi w kodeksie cywilnym. W związku z powyższym koniecznym jest zmiana zapisu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wprowadzi zmiany.

**Pytanie nr 267**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 6 z Pakietu nr 8 i utworzenie z niej odrębnego pakietu.

Obecny opis przedmiotu zamówienia tworzy preferencje dla konkretnego wykonawcy, dysponującego pełnym asortymentem wymienionym w Pakiecie nr 8, uniemożliwiając składanie ofert pozostałym podmiotom posiadającym w swojej ofercie opisany w poz. 6 sprzęt medyczny, lecz nie posiadającym pozostałej części asortymentu, co faworyzuje konkretnych dostawców i przełoży się na niekorzystny dla Zamawiającego wzrost ceny oferty.

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pytanie nr 268** Zamawiający w Pakiecie Nr 148 – Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, poz. 2 wymaga:

„Zamknięty system do odsysania do rurek intubacyjnych CH14,16 i tracheostomijnych Ch 14,16 z możliwością stosowania min 48h, obrotowa zamykająca zastawka, możliwość wykonywania bronchoskopii w układzie zamkniętym. 10Szt ampułek.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zamkniętego systemu do odsysania z zastawką typu push -up, tzn naciskaną, która jest zdecydowanie praktyczniejsza w użytkowaniu. Sposób zamykania zastawki nie ma wpływu na wartości użytkowe całego systemu, a stanowi „bloker” dla potencjalnych oferentów.

Prosimy również o wyjaśnienie zapisu : „ 10Szt. ampułek”. Do czego mają służyć i jakie ampułki Zamawiający ma na uwadze.

**Odpowiedź:**

Nie wyraża zgody.

**Pytanie nr 269** Zamawiający w Pakiecie Nr 148 Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, poz. 3 wymaga:

„Filtr oddechowy mechaniczny-filtr z wydzieloną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci. Wydajność nawilzacza min. 32mgH<sub>2</sub>O/l. Powierzchnia filtra 190 cm, czas stosowania do 48 h, skuteczność filtracji bakterii i wirusów 99,999, utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H<sub>2</sub>O/l.”

Czy Zamawiający dopuści sterylny filtr oddechowy bakteryjno-wirusowy z barierą mechaniczną i wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, metodzie filtracji intermolekularnej,

- o wyższej skuteczności nawilżania tj. 36,8 mgH<sub>2</sub>O/L
- o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej powyżej 99,9999% i wirusowej powyżej 99,999%,
- utrata wilgoci nie większa niż 6 mg H<sub>2</sub>O/l.
- mała, korzystna przestrzeń martwa 18 ml,
- niska waga 29 g,
- objętość oddechowa 150-1500ml, i niskich oporach przepływu? **Odpowiedź:** Nie dopuści.

Prosimy o wykreślenie lub podanie prawidłowego parametru wymaganej powierzchni filtra. Podana wartość 190cm nie charakteryzuje powierzchni filtra. **Odpowiedź:** Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Zamawiający wymaga czasu stosowania filtra 48h. Standardowy, obowiązujący czas stosowania 1 filtra dla pacjenta wynosi max. 24h. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że Zamawiający na własną odpowiedzialność będzie stosował filtr do 48h dla pacjenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

**Pytanie nr 270** PAKIET NR 155 - Sprzęt do użytku w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii, poz. 2

Zamawiający wymaga: „Urządzenie nadkratniowe żelowe bez nadmuchiwanego mankietu, wyposażone w kanał gastryczny dla rozmiarów 1,5,2,2.5,3,4,5, za wyjątkiem rozmiaru 1; posiada zintegrowany bloker zgryzu.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie maski krtaniowej z samoczynną regulacją ciśnienia, nie potrzebującą nadmuchiwania. Prawidłowe ciśnienie jest regulowane automatycznie, z możliwością intubacji, wykonaną z PCV, nie zawierającego ftalanów DEHP oraz lateksu. Dodatkowy otwór poprawia efektywność wentylacji i zapobiega zapadaniu się nagłośni. Specjalna konstrukcja mankietu - ożebrowanie - zapobiega zaginaniu maski, umożliwiając szybsze wprowadzanie, rozmiary g gr wagowych: <7gk, 7-17g, 17-30kg, 30-0kg, 50-70kg, 70-100kg?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

**Pakiet nr 271** Dotyczy pakietu 101, poz.3.

Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do odrębnego pakietu, celem złożenia oferty na pozostały asortyment.

**Odpowiedź:**

Nie wydzielili.

**Pakiet nr 272** Dotyczy pakietu 173.

Prosimy o wskazanie jaki moduł do pomiaru SpO<sub>2</sub> posiada Zamawiający w monitorze Delta:

Masimo (wyście np.LNOP lub LNCS), Nellcor czy Nellcor Oximax, z którym mają być kompatybilne czujniki oraz rodzaju złącza czujnika saturacji z kablem pośrednim.

**Odpowiedź:**

Massimo Set.

**Pakiet nr 273** Dotyczy pakietu 111, poz. 8.

Ze względu na wycofanie wielorazowego płucka prosimy o dopuszczenie w to miejsce płucka testowego noworodkowego jednorazowego użytku. Jednostka handlowa dla tego produktu to opakowanie, zawierające 10 szt.

**Odpowiedź:**

Dopuszczamy

**Pakiet nr 274** Dotyczy pakietu 108, poz. 4, 5, 6, 8.

Prosimy o potwierdzenie, czy czujniki z w/w pozycji mają być kompatybilne z modułem SpO2 Masimo LNCS. Jeżeli nie prosimy o wskazanie posiadanego przez Zamawiającego modułu.

**Odpowiedź:**

Massimo LNCS.

**Pakiet nr 275** Dotyczy pakietu 108, poz. 10.

Prosimy o wskazanie jaki rodzaj czujnika oczekuje Zamawiający – ma być to czujnik pomiaru temperatury skóry obwodowej (biały), czy centralny (żółty)?

**Odpowiedź:**

Centralny (żółty).

**Pakiet nr 276** Dotyczy pakietu 108, poz. 11.

Prosimy o usunięcie z pakietu 108, poz.11. Produkt ten jest już niedostępny i nie ma możliwości jego zamawiania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający usunie poz. 11 z Pakietu nr 108.

**Pakiet nr 277** Dotyczy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, pakiet nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza, a nie wymaga podania numerów stron, na której znajdują się materiały informacyjne. Oferta będzie składana w formie elektronicznej i nie ma możliwości, aby ponumerować strony. Prosimy aby Zamawiający dopuścił możliwość podania nazwy pliku z materiałami informacyjnymi zamiast nr stron. Jednocześnie prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie czego ma dotyczyć „rodzaj posiadanego dokumentu”.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza podanie nazwy pliku z materiałami informacyjnymi.

**Pakiet nr 278** Dotyczy: Wzoru umowy załącznik nr 4 do SIWZ, §5, pkt. 9 „Do każdej partii dostarczonych towarów powinna być dołączona specyfikacja dostawy.”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający uzna za warunek spełniony, gdy Wykonawca dołączy do partii dostarczonego towaru fakturę, na której będą umieszczone takie informacje jak: nazwa towaru, data ważności, nr partii towaru, cena jednostkowa netto, wartość netto, wartość brutto, termin płatności, nr umowy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet nr 279** Dotyczy: FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY, pakiet nr 87

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o długości 250 cm wynosiła dokładnie 12,5ml potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego. Mniejsza średnica niż zalecana przez producenta wstrzykiwacza może powodować większe ciśnienie w systemie podczas podawania środków kontrastowych. Skutkuje to niezamierzonym wystąpieniem nadciśnienia w systemie wężyków co oznacza regulację przepływu przez wstrzykiwacz. Wstrzykiwacz zmniejsza prędkość przepływu, aby utrzymać ciśnienie w wartościach granicznych. Może to prowadzić do obniżenia jakości badania, a w szczególności badań angio, gdzie występują duże prędkości podawania kontrastu. Inna pojemność wężyka niż 12,5ml może prowadzić do niepełnego napełnienia wężyka i pozostawienia w nim nieznannej objętości powietrza. W efekcie może prowadzić to do niezamierzonej iniekcji powietrza do pacjenta podczas badania

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby pojemność sterylnego wężyka pacjenta o dł. 250 cm. wynosiła dokładnie 12,5 ml potwierdzona przez producenta wyrobu medycznego.

**Pakiet nr 280** Pakiet nr 4 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawkę renomowanej firmy Becton Dickinson z skalą nominalną bez rozszerzenia o 20% i z tłokiem bez koloru wykonany w taki sposób aby pozwalał na wizualizację jego umiejscowienia na skali (nieprzezierny biały). Pozostałe parametry wg SIWZ.

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pakiet nr 281** Pakiet nr 7 poz. 6

Czy Zamawiający opisując z igłą prowadzącą miał na myśli igłą prowadzącą zapakowaną razem z igłą lędźwiową w jednym blisterze?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 282** Pakiet nr 11 poz. 6, 7, 8,

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na przyrządy o długości 180cm? Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pakiet nr 283** Pakiet nr 43 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na zawór z czasem stosowania min. 72 h i min. 100 użyc'?

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pakiet nr 284** Pakiet nr 44 poz. 2

Czy Zamawiający może określić producenta i typ pompy?

**Odpowiedź:**

AMICA, Fresenius Kabi.

**Pakiet nr 285** Pakiet nr 80 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 80 pozycja 1 poprzez opis: „Narzędzie kompatybilne z nożem harmonicznym Ethicon Endo – Surgery (Generation G11), jednorazowe, sterylne, o długości 36 cm, część „robocza” o długości 15 mm do laparoskopii. Do trokara  $\varnothing$ 5. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar oraz data ważności.” rozumie i będzie wymagał „Narzędzie kompatybilne z nożem harmonicznym Ethicon Endo – Surgery (Generation G11), jednorazowe, sterylne, o długości 36 cm, część „robocza” o długości 15 mm do laparoskopii. Do trokara  $\varnothing$ 5. Na opakowaniu wyraźnie oznaczony rozmiar oraz data ważności. Końcówka posiada dwa przyciski aktywujące max i min. Końcówka z wbudowaną adaptacyjną technologią tkankową umożliwiającą generatorowi identyfikowanie i monitorowanie instrumentu podczas jego użycia, co pozwala generatorowi modulować i zmniejszać moc wyjściową, a także generować zwrotne sygnały dźwiękowe dla użytkownika, stosownie do potrzeb. Możliwość cięcia i koagulacji, kształt uchwytu pistoletowy.”?

**Odpowiedź:**

Opis zgodny z SIWZ.

**Pakiet nr 286** Pakiet nr 80 poz. 2

Czy w Pakiecie nr 80 pozycja 2 nie nastąpiła omyłka pisarska i Zamawiający będzie wymagał „Narzędzie kompatybilne z nożem harmonicznym Ethicon Endo – Surgery (Generation G11), jednorazowe, sterylne, część „robocza” o długości 20 mm do laparotomii. Średnica ramienia 13mm, bransza zakrzywiona 38mm.”?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pakiet nr 287** Pakiet nr 120 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemność 2200ml?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pakiet nr 288** Pakiet nr 130 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści pojemność 2200ml?

**Odpowiedź:**

Nie dopuści.

**Pakiet nr 289** Pakiet nr 181 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie rękawic równoważnych diagnostycznych nitrylowych o nieznacznej i nieodczuwalnej różnicy na palcu 0,09-0,11mm, na dłoni 0,06 -0,08mm, na mankiecie 0,05-0,07mm, mankiet rolowany, teksturowane końce palców, kolor ciemnoniebieski/fioletowy, polimeryzowane od wewnątrz, długość min 240mm, zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony indywidualnej kat. III, odporne na przenikanie co najmniej 15 substancji chemicznych na min 2 poziomie odporności wg EN 374-3 (w tym 70% izopropanol -poziom 3, 4% chlorheksydyna – poziom 6, 13% podchloryn sodu – poziom 6, 1% chlorek benzalkoniowy -poziom 6, 50% glutaraldehyd-poziom 6, 37% formaldehyd-poziom 6, 3% nadtlenek wodoru-poziom 6, 1% hydrat chloraminy T-poziom 6)-potwierdzone nadrukiem na opakowaniu lub raportem z badań z jednostki niezależnej, odporne na przenikanie cytostatyków -15 na min 3 poziomie odporności, odporne na przenikanie krwi syntetycznej i wirusów wg ASTM F1670 i 1671— nadruk na opakowaniu, rozmiar opakowania 12x12,5x15,5 cm (+/- 5%), opakowanie a250 sztuk, pasujące do uchwytów ściennych z możliwością pojedynczego wyjmowania rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet bez ryzyka kontaminacji opakowania i pozostałych rękawic, posiadających odrębną instrukcję użycia.

**Odpowiedź:**

Dopusći.

**Pakiet nr 290**

Czy Zamawiający wydzieli z pakietu 41 poz. 2, tak aby była możliwość złożenia najkorzystniejszej oferty?

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pakiet nr 291**

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 41 poz. 2 rozmiar worka 13-45 mm?

**Odpowiedź:**

Dopusći.

**Pakiet nr 292** Dotyczy: PAKIET NR 10

Czy Zamawiający wymaga aby igły sprawowały funkcję automatu czy półautomatu ?

**Odpowiedź:**

Półautomatyczne.

**Pakiet nr 293** Dotyczy: PAKIET NR 10

Czy zamawiający w poz. nr 1 dopuści igłę o długości 10cm ?

**Odpowiedź:**

Dopusći.

**Pakiet nr 294** Dotyczy: PAKIET NR 64 poz. nr 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 1 i utworzy oddzielny pakiet co przełoży się na konkurencyjność otrzymanych ofert cenowych ?

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pakiet nr 295** Dotyczy: PAKIET NR 94 poz. nr 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję nr 1 i utworzy oddzielny pakiet co przełoży się na konkurencyjność otrzymanych ofert cenowych ?

**Odpowiedź:**

Nie wydzieli.

**Pakiet nr 296** Dotyczy: PAKIET NR 94 poz. nr 2

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny do laminarii – DILAPAN-S

**DILAPAN-S** – to szybko działający, higroskopijny rozszerzacz szyjki macicy do zastosowania w położnictwie i ginekologii. Jego działanie polega na wchłanianiu płynu w kanale szyjki macicy, stopniowo zwiększając swoją objętość i tym samym rozszerzając szyjkę macicy.

Produkt nie powoduje reakcji uczuleniowych dlatego kobiety w ciąży mogą go stosować bez obaw.

**Stosowanie Dilapanu S do:**

- zabiegów histeroskopii

**DILAPAN-S**

- przygotowania szyjki macicy do transferu zarodków
- ułatwienia zakładania lub wyjmowania wkładki IUD
- nie powoduje reakcji uczuleniowych
- brak podrażnień zapewnia gładki kształt trzpienia

**Rozmiary i czasy rozszerzania:**

- 3 mm x 55 mm – w przedziale od 4 do 6 godzin rozszerza się od 8,3 mm do 10 mm

**Odpowiedź:**

Tak dopuści.



**Pakiet nr 297** Dotyczy: PAKIET NR 95

Czy zamawiający dopuści balon do tamponady produkt równoważny do balonu do tamponady porodowej typu Bakri (do tamowania krwawienia)

Zapobiega krwotokowi poporodowemu (PPH)

W skład zestawu wchodzi:

- podwójny lekki balon (zewnątrzny na sól fizjologiczną, wewnątrzny na powietrze)
- strzykawka o pojemności 60 ml
- woreczek drenażowy 500 ml
- trzy końcówki z zaworami
- cewnik bez lateksu
- jałowy, pakowany pojedynczo



**Odpowiedź:**

Tak dopuści.

**Pakiet nr 298** Dotyczy: PAKIET NR 95

Czy Zamawiający wymaga aby balon do tamowania wyposażony był w dwa balony?

**Odpowiedź:**

Dopuszcza, ale nie wymaga.

**Pakiet nr 299** Dotyczy: SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie** wraz z ofertą. Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - "Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy



kapitałowej złożone wraz z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy."

**Odpowiedź:**

Zamawiający przyjmie złożone wraz z ofertą oświadczenie wykonawcy o braku przynależności lub przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca zobligowany jest jednak, po zapoznaniu się z informacją, którą zamawiający udostępnił na swojej stronie internetowej (zestawienie cen z otwarciem), do przeanalizowania czy złożone wraz z ofertą oświadczenie pozostaje nadal ważne.

Ponadto Zamawiający informuje iż zmodyfikował zapisy w załączniku nr 1 do SIWZ – Formularz asortymentowo - cenowy (w pakiecie nr 108) oraz w SIWZ w rozdziale V pkt. 1 ppkt. 2 lit.c), w rozdziale VIII pkt. 1 – Pakiet 108 i w rozdziale X pkt. 1 ppkt. 1) , które znajdują się do pobrania na stronie internetowej [www.bip.szpitalmegrez.pl](http://www.bip.szpitalmegrez.pl).

Zamawiający informuje, iż zachodzą przesłanki opisane w art. 12a ust. 1 ustawy, w związku z czym ustala nowe terminy składania i otwarcia ofert oraz wadium tj.:

- Oferty oraz wadium należy składać do dnia 22.08.2019r., do godziny 08:00
- Otwarcie ofert odbędzie się dnia 22.08.2019r., o godzinie 09:00, w pokoju Sali dydaktycznej.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA  
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO  
Karolina Filipowska**