



Tychy, 08.08.2019r.

**Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia**

**Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu jednorazowego użytku oraz sprzętu wielorazowego użytku na potrzeby Szpitala i Zakładu Diagnostyki Obrazowej (nr sprawy: 22/19/ZP/PN)**

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, wyjaśnia, iż dokonuje sprostowania do odpowiedzi na zapytanie nr 18, które zostało opublikowane w dniu 26 lipca br:

**Pytanie nr 18 do pakietu 81 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie uchwytu elektrody z nożem 2,4 mm, jednorazowego użytku, sterylnej, z dwoma przyciskami, z kablem min.3m, wtyk trzypinowy? Wykonawca dostarczy Zamawiającemu do nieodpłatnego użytkowania na czas obowiązywania umowy, w ilości określonej przez Zamawiającego, odpowiadającej ilości aparatów, z którymi te uchwyty będą współpracować odpowiedni adapter umożliwiający właściwe podłączenie oferowanego uchwytu do aparatu ERBE.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA  
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO**

**Karolina Filipowska**

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837  
MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł

