



**Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania w sprawie specyfikacji do przetargu nieograniczonego na DOSTAWA ŁÓŻEK SZPITALNYCH WRAZ Z SZAFKAMI DLA ODDZIAŁU CHIRURGII REKONSTRUKCYJNEJ NARZĄDU RUCHU, LAKTATORÓW SZPITALNYCH DLA ODDZIAŁU NEONATOLOGICZNEGO ORAZ SPRZĘTU NA POTRZEBY ODDZIAŁÓW (nr sprawy: 39/19/ZP/PN)

MEGREZ Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, zwana dalej Zamawiającym, w odpowiedzi na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia skierowane przez Wykonawców wyjaśnia:

Zestaw 1

Pytanie nr 1 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem bez właściwości antystatycznych?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2 Pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści wózek z materacem w kolarze czarnym?

Odpowiedź:

Tak.

Zestaw 2

Pytanie nr 1 Pakiet nr 6 Dotyczy punktu 33

Prosimy o dopuszczenie uchwytu umożliwiającego zamocowanie pompy m. in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej kompatybilnej z oferowaną pompą. Obecny zapis wskazuje na konkretny model stacji dokującej co uniemożliwia udział w postępowaniu pozostałym Wykonawcom oraz narusza zasady uczciwej konkurencji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje iż, dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Zestaw 3

Pakiet nr 8 - Wózek na zestaw reanimacyjny – 1 szt

Pytanie nr 1

Dot. pkt 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny 5 szufladowy o wymiarach - Szerokość: 650 mm, - Głębokość: 475 mm, - Wysokość: 1145 mm, waga wózka ok 50 kg.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2

Dot. pkt 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny którego konstrukcja oparta jest na czterech kolumnach aluminiowych, górny blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej, płyta tylna i boczna wykonane z kompozytu aluminium.?

MEGREZ Sp. z o.o.

Ul. Edukacji 102, 43-100 Tychy, Tel. +48 32 32 55 171, fax. +48 32 32 55 284, e-mail: sekretariat@szpitalmegrez.pl, NIP 634 267 03 10, REGON 240872286, KRS 0000302837
MEGREZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, Kapitał zakładowy w wysokości 87 203 050,00 zł



Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3

Dot. pkt 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny o konstrukcji kolumnowej umożliwiającej regulację wysokości montowania akcesorii?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 4

Dot. pkt 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w, pulpit wysuwany pod górna półką, listwę zasilającą, uchwyt do przemieszczania zamontowany z boku wózka.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5

Dot. pkt 5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny oparty na 4 kołach o średnicy 100mm, 2 koła wyposażone w blokadę, koła p/pyłowe, obrotowe.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 6

Dot. pkt 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w 4 wyprofilowane w podstawie wózka odboje; wszystkie krawędzie wózka zaokrąglone, bezpieczne.?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 7

Dot. pkt 7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w 5 szuflad, z frontami szuflad o wysokościach: 4x11cm 1x23 cm - samoczynnie domykające się

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 8

Dot. pkt 9. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny który na panelu tylnym zamontowana jest płyta CPR, natomiast na bocznym panelu zamontowany uchwyt do butli z tlenem o pojemności 5l.?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 9

Dot. pkt 11. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w półkę pod defibrylator, listwę zasilającą, wieszak kroplówki, płytę CPR, dwa kosze plastikowe, druciany kosz, bez uchwytu na ssak??

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 10

Dot. pkt 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w pojemnik na cewniki wykonany z plastiku?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 11

Dot. pkt 15. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek reanimacyjny wyposażony w dwa plastikowe kosze bez stelaża na dwa worki na odpady?

Odpowiedź:

Nie.

Poniżej zdjęcie poglądowe wózka, które chcielibyśmy zaoferować w postępowaniu



**Zestaw 4
Pakiet 6 pompy.**

Pytanie nr 1 poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klawiaturą symboliczną.

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 2 poz. 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z kolorowym graficznym wyświetlaczem, LCD 3,5 cala.

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 3 poz. 13

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z zakresem szybkości infuzji co 0,1 ml/h:

2/3; 5 ml: 0,1 -150 ml/h

10 ml : 0,1-300 ml/h;

20 ml : 0,1 – 600 ml/h;

30 ml : 0,1 – 900 ml/h;

50/60 ml : 0,1 – 2000 ml/h;

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 4 poz. 17

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z regulowaną szybkością Bolusa co 0,1 ml/h:

2/3; 5 ml: 0,1 -150 ml/h

10 ml : 0,1-300 ml/h;

20 ml : 0,1 – 600 ml/h;
30 ml : 0,1 – 900 ml/h;
50/60 ml : 0,1 – 2000 ml/h;

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie nr 5 poz. 35

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp o zasilaniu z akumulatora wewnętrznego 10h przy przepływie 5 ml/h.

Odpowiedź:

Nie.

PYTANIA DOTYCZĄCE WARUNKÓW GWARANCJI I SERWISU

Pytanie nr 1 PKT 3

Prosimy Zamawiającego o modyfikację pkt. W następujący sposób: „liczba napraw tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy)

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 4B– WZÓR UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §5 ust. 2 pkt a)

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

„w wysokości 0,1% wartości brutto niedostarczonego w terminie Urządzenia, za każdy dzień opóźnienia w terminie realizacji zobowiązania, określonego w §2 ust.1.”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dokona proponowanej modyfikacji.

Pytanie 2 – dotyczy §5 ust. 2 pkt b)

Prosimy o modyfikację w/w ustępu na następujący::

„w wysokości 0,1% wartości brutto naprawianego Urządzenia, za każdy dzień opóźnienia w usunięciu awarii Urządzenia względem terminów określonych w §4 ust. 5 (w przypadku niedostarczenia urządzenia zastępczego; w razie jego dostarczenia kara umowna nie będzie naliczana za okres od dnia dostarczenia urządzenia do dnia wykonania naprawy Urządzenia)”

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający nie dokona proponowanej modyfikacji.

Zestaw 5

Dotyczy: Pakiet nr 4 – Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz siedzącej – 4 szt.

Pytanie 1

Czy (w pkt. 3) Zamawiający dopuści platformę leża podzieloną na 2 segmenty wypełnione płytami z tworzywa HPL przeziernymi dla promieni RTG (tak jak wymaga Zamawiający w pkt. 2), bez ostrych krawędzi i rogów, łatwymi do dezynfekcji, odpornymi na działanie środków chemicznych i uszkodzeń?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 2

Czy (w pkt. 6) Zamawiający dopuści rozstaw pomiędzy kolumnami 1270 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 3

Czy (w pkt. 7) Zamawiający dopuści dopuszczalne obciążenie robocze wózka (waga pacjenta + osprzęt i dodatkowe urządzenia) 320 kg i dopuszczalna waga przewożonego pacjenta 250 kg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 4

Czy (w pkt. 8) Zamawiający dopuści długość całkowitą wózka 2100 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 5

Czy (w pkt. 9 i 10) Zamawiający dopuści szerokość całkowitą wózka z opuszczonymi i podniesionymi barierkami 810 mm?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6

Czy (w pkt. 12) Zamawiający dopuści 2 segmentowe leże całkowicie przeźierne dla promieni RTG umożliwiające wykonanie zdjęć na całej długości leża (od głowy do stóp) i możliwością włożenia kasety RTG tylko od strony wezłowia?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 7

Czy (w pkt. 13) Zamawiający dopuści prześwit między platformą leża, a ramą wózka w celu łatwego i bezpiecznego wprowadzania kasety RTG tylko od strony wezłowia?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 8

Czy (w pkt. 14) Zamawiający dopuści wózek nie wyposażony w podziałkę w poprzek i wzdłuż leża, posiadający ramę umożliwiającą pozycjonowanie / przesuwanie kasety RTG?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 9

Czy (w pkt. 16) Zamawiający dopuści wózek wyposażony w piąte koło zapewniające znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem, posiadające sprężynę dociskającą koło do podłoża?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 10

Czy (w pkt. 18) Zamawiający dopuści hydrauliczną regulację wysokości leża dostępną z obu stron wózka za pomocą dźwigni nożnej w zakresie 58 – 91 cm, mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 11

Czy (w pkt. 21) Zamawiający dopuści barierki boczne stalowe, lakierowane proszkowo, składane (czerwone elementy aktywujące) z gładką, wyprofilowaną powierzchnią tworzywową ułatwiającą prowadzenie wózka oraz nie rysującą ścian, barierki boczne składane wzdłuż ramy leża z minimalną przerwą transferową; wózek wyposażony w dodatkowy uchwyt (w kształcie pałaka) do pchania / ciągnięcia na końcu wózka od strony nóg?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 12

Czy (w pkt. 22) Zamawiający dopuści regulację segmentu pleców manualną ze wspomaganiami sprężyn gazowych w zakresie od 0o do 75o?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści wózek nie posiadający parametru opisanego w pkt. 23?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 14

Czy (w pkt. 24) Zamawiający dopuści pozycję Trendelenburga 14,5o i anty-Trendelenburga 13,5o regulowaną hydraulicznie przy użyciu pedałów nożnych z obu dłuższych stron wózka?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 15

Czy (w pkt. 28) Zamawiający dopuści materac piankowy, 1-warstwowy, wykonany z pianki o gęstości 30 kg/m³, w pokrowcu zmywalnym, paroprzepuszczalnym, bakteriostatycznym, zabezpieczonym przed powstawaniem pleśni i wnikaniem płynów, o grubości 10 cm, materac mocowany do leża za pomocą specjalnych pasków, w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 16

Czy (w pkt. 29 i 30) Zamawiający dopuści teleskopowy wieszak infuzyjny z regulacją wysokości oraz z 4 haczykami, wykonany ze stali nierdzewnej z tworzywowymi haczykami, max. obciążenie do 6 kg?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie 17

Czy (w pkt. 33) Zamawiający dopuści pionowy uchwyt na butlę z tlenem mocowany od dowolnej strony leża montowany/demontowany bez użycia narzędzi, w dwóch rozmiarach do wyboru?



(Zdjęcie poglądowe oferowanego wózka)

Odpowiedź:

Tak.

Zestaw 6

Pytanie 1

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 5 ust. 2:

Zamawiający może obciążyć Wykonawcę następującymi karami umownymi:

- a. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej w terminie części umowy**, za każdy dzień opóźnienia w realizacji zobowiązania, określonego w §2 ust.1, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej w terminie części umowy**;
- b. w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto niniejszej **części** umowy, **której dotyczy niewykonana w terminie naprawa**, za każdy dzień opóźnienia zakończenia naprawy w stosunku do terminu określonego w §4 ust. 5, **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto części umowy, której dotyczy niewykonana w terminie naprawa**
- c. w wysokości 10% wynagrodzenia brutto **niezrealizowanej części** niniejszej umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie wprowadzi proponowanej zmiany.

Zestaw 7

Pytanie 1

Czy Zamawiający zamiast wózka z ww. pozycji dopuści równie funkcjonalny i wygodny w użytkowaniu wózek reanimacyjny o poniższych parametrach:

Wózek reanimacyjny: szafka z 5 szufladami (wysokość frontów 2x97mm, 1x156mm, 2x175mm), 1xstalowy wysuwany blat boczny, 1xpółka pod defibrylator wymiar o wym. 345x295mm z płynną regulacją wysokości i obrotu, 1xwysuwany wieszak kroplówki z głowicą na 2 haczyki, 3xodcinki szyny instrumentalnej z narożnikami zabezpieczonymi i zintegrowanymi z korpusem do mocowania akcesoriów , 1x uchwyt do poj.

na zużyte igły dostosowany do potrzeb Zamawiającego , 1x koszyk na cewniki o wym. 115x115x500mm, 1x stelaż na odpady z pokrywą do worków o poj. 15L, 1x koszyk na akcesoria ze stali kwasoodpornej o wym. 360x150x160mm, 1x zamek centralny do szuflad, 1x listwa zasilająca na 5 gniazd, 3x kpl. przestawnych podziałek z ABS dzielących szufladę na 9 pól, 1xuchwyt do prowadzenia z przodu wózka,

WYKONANIE:

- **blat** z tworzywa ABS, z pogłębieniem, otoczony z 3 stron bandami o wysokości 40 mm
- **szafka** stalowa lakierowana proszkowo, front lakierowany na kolor wg palety RAL (20 kolorów do wyboru) ,
przewodnice szuflad z samodociągami

- **podstawa** stalowa w osłonie z tworzywa ABS pełniącą funkcję odbojów, wyposażona w koła w obudowie z tworzywa sztucznego o średnicy 125 mm ,w tym dwa z blokadą

Wymiary wózka bez wyposażenia opcjonalnego: 670x570x1000 mm

Wymiary szafki: 600x500x805 mm

wymiary powierzchni użytkowej szuflad:

(przy wysokości frontów 2x97mm): 525x440x82 mm

(przy wysokości frontu 1x156mm): 525x440x141 mm

(przy wysokości frontów 2x175mm): 525x440x150 mm [szerokośćxgłębokośćxwysokość] ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dopuszcza powyższe rozwiązanie.

**KIEROWNIK DZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
RÓWNOCZEŚNIE PEŁNIĄCA OBOWIĄZKI KIEROWNKA
DZIAŁU ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO
Karolina Filipowska**